

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI
DI SISTEMI INFUSIONALI MONOVIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
TERAPIE ONCOLOGICHE PRESSO I DAY HOSPITAL ONCOEMATOLOGICI
DELL'ASL TO4.**

Verbale

L'anno duemiladiciassette, nel giorno 12 aprile 2017, alle ore 10,30, presso la sala riunioni del Presidio Ospedaliero di Ciriè dell'ASL TO4, si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con nota Prot. 29402 del 30/03/2017 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura triennale di sistemi infusionali monovia per la somministrazione di terapie oncologiche presso i Day Hospital Onco-ematologici dell'ASL TO4.

La Commissione risulta così composta:

Presidente - P.I. Pierangelo Masoero – Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

Commissario – Dr.ssa Cristina Amato– Responsabile S.S. Farmacia Oncologica e Galenica Clinica

Commissario – Sig. Luca Basso Della Concordia – C.P.S.I. Chivasso

Preso atto che risultano pervenute le offerte delle Ditte Sanitex SpA e Selear Srl che hanno trasmesso la documentazione richiesta.

Si prende atto che all'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:

- offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 60 punti;
- offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 40 punti,

I 40 punti disponibili per il parametro "caratteristiche tecnico-qualitative" saranno attribuiti, tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati:

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI MAX 40
caratteristiche tecniche dei deflussori	15,00 punti
caratteristiche tecniche della pompa	10,00 punti
ergonomia e sicurezza del sistema pompa+deflussori	10,00 punti
caratteristiche del servizio di assistenza tecnica	5,00 punti

Viene stabilita una soglia minima di qualità, calcolata prima della riparametrazione, pari a 21,00 punti su 40,00 pertanto, le offerte tecniche che non



conseguiranno il punteggio minimo di 21,00 non potranno essere ammesse alle successive fasi di gara.

Si procede quindi ad esaminare le caratteristiche tecniche dei sistemi offerti al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo.

Dopo aver esaminato la documentazione tecnica presentata, si da atto che i deflussori offerti dalla ditta Selear non rispondono alla richiesta di essere dotati di circuito autosigillante bidirezionale in grado di garantire il circuito chiuso al momento della disconnessione, pertanto la Commissione ritiene non opportuno procedere a richiedere ulteriore campionatura per le prove successive in quanto il dispositivo non garantisce la sicurezza operatore/paziente vista la natura dei farmaci somministrati.

La Commissione pertanto da atto di voler richiedere alla Struttura Complessa Acquisizione e Gestione logistica beni e servizi di interpellare la ditta Sanitex affinché fornisca, a titolo di ulteriore campionatura, i dispositivi offerti come previsto nella lettera di invito;

La seduta viene sospesa alle ore 16,00 e rinviata ad una successiva seduta per il prosieguo della valutazione tecnica.

In data 14/06/2017 alle ore 10,00, presso la sala riunioni della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ciriè dell'ASL TO4, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica della gara d'appalto per la fornitura di sistemi infusionali monovia per la somministrazione di terapie oncologiche riprende i lavori di valutazione tecnica.

Atteso che la Ditta Sanitex hanno fatto pervenire la campionatura richiesta distribuita nelle sedi principali di distribuzione Ciriè, Ivrea e Chivasso per le prove sul campo del prodotto richiesto ed è stato compilato uno schema di valutazione per ogni singolo componente – punti a) b) c) d) e) f).

Dopo aver esaminato la documentazione tecnica e preso atto delle schede di valutazione redatte dagli operatori delle singole sedi, la Commissione giudicatrice da atto che il sistema offerto dalla ditta Sanitex risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste e pertanto procede all'attribuzione dei punteggi come risulta dal prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.(All. A)


La riunione viene sciolta alle ore 12,00.

Letto, confermato e sottoscritto:

P.I. Pierangelo Masoero

Dr.ssa Cristina Amato

Luca Basso Della Concordia



**FORNITURA IN MODALITA' SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI MONOVIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIE ONCOLOGICHE
PRESSO I DAY HOSPITAL ONCOEMATOLOGICI DELL'ASL TO4.**

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI MAX 40	SANITEX		SELEFAR	
		motivazione	punteggio	motivazione	punteggio
caratteristiche tecniche dei deflussori	15,00	I deflussori proposti sono corrispondenti alle caratteristiche richieste e garantiscono che la somministrazione dei farmaci oncologici avvenga in sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti	13,72	I deflussori proposti non garantiscono il circuito chiuso di sicurezza in fase di disconnessione. La Commissione ritiene non opportuno procedere ad ulteriori prove: in particolare rispetto al punto d) delle caratteristiche e prestazioni essenziali richieste i prodotti offerti non rispondono alla richiesta di essere dotati di circuito autosigillante bidirezionale in grado di garantire il circuito chiuso al momento della disconnessione.	
caratteristiche tecniche della pompa	10,00	La pompa proposta risponde alle caratteristiche richieste, si evidenziano limiti minimi non correlati alla prestazione specifica di cui all'oggetto, ma relativi alla piu' indaginosa procedura di sanificazione	9,00	Essendo parte funzionale del sistema infusionale per analogia al precedente punto, si ritiene di non procedere alla valutazione della pompa infusionale offerta: non valutabile	NON IDONEO
ergonomia e sicurezza del sistema pompa+deflussori	10,00	Il sistema risulta rispondente a quanto richiesto dal capitolato tecnico	10,00	Essendo parte funzionale del sistema infusionale per analogia al precedente punto si ritiene non valutabile	
caratteristiche del servizio di assistenza tecnica	5,00	Il servizio di assistenza tecnica è rispondente a quanto richiesto	5,00	-	
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO			37,72	NON IDONEO	