



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 513 DEL 23/04/2018

OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA AD USO CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO - N. CIG. 7334140D0A - CDC 1044040101.

Proponente: ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 537 del 16/04/2018

OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA AD USO CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO - N. CIG. 7334140D0A - CDC 1044040101.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

Preso atto che con nota prot. n. 95583 del 02/11/2017, conservata agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi sede di Ciriè, il Responsabile dell'Ufficio Ingegneria Clinica dell'ASL TO4 ha richiesto l'attivazione di una procedura di gara volta alla fornitura in noleggio per diciotto mesi di un apparecchio portatile per radioscopia ad uso cardiologico da destinare alla S.C. Cardiologia del P.O. di Chivasso.

Dato atto che la fornitura in oggetto riguarda una categoria di prodotti non ricompresa nell'elenco di cui al DPCM del 24/12/2015 per il cui approvvigionamento è previsto che ci si avvalga in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A.;

Rilevato che in riferimento alla fornitura in oggetto non è attualmente attiva alcuna convenzione della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, non sono attualmente attive convenzioni Consip aventi ad oggetto appalti comparabili;

Evidenziato che sussistono i presupposti per procedere alla fornitura mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, in favore della ditta che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato dei parametri qualità/prezzo dei prodotti offerti;

Preso atto che, l'art.7 comma 2 della Legge 6.7.2012 n. 94 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni del decreto Legge 7 maggio 2012 n.52" prevede che "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

Rilevato che in data 21/11/2017 è stato pubblicato sul sito internet dell'ASL TO4 l'avviso di procedura negoziata per la manifestazione di interesse a partecipare alla R.D.O. per la fornitura in noleggio di un apparecchio portatile per radioscopia ad uso cardiologico da destinare alla S.C. Cardiologia del P.O. di Chivasso.

Dato atto che, con RDO n. 1831552 del 22/12/2017 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto, secondo le modalità previste nella lettera di invito, prot. n. 112850 del 22/12/2017, le seguenti ditte:

EUROCOLUMBUS Srl
SIPAR Srl
SAGO MEDICA Srl
SIEMENS HEALTHCARE Srl
GE MEDICAL SUSTEMS ITALIA
PHILIPS
GENERAL MEDICAL MERATE SpA;

Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

EUROCOLUMBUS Srl

SIPAR Srl

SAGO MEDICA Srl

SIEMENS HEALTHCARE Srl

Evidenziato che la disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti è risultata regolare e pertanto le offerte tecniche presentate sono state trasmesse alla Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione n. 69 del 23/01/2018, per la valutazione qualitativa;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice ha fatto pervenire il verbale di valutazione tecnica (All.1), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le offerte delle ditte SIEMENS HEALTHCARE Srl e SAGO MEDICA Srl non hanno raggiunto la soglia minima di qualità e, pertanto non sono ammesse alle successive fasi di gara, mentre le ditte EURO-COLUMBUS Srl e SIPAR Srl raggiungono la soglia minima di qualità e possono essere ammesse alle successive fasi di gara;

Dato atto che si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e dall'esame comparato qualità-prezzo, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta SIPAR S.r.l. come sintetizzato nel prospetto riepilogativo (All. 2) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta SIPAR S.r.l., corrente in Cernusco S/N MI, via Firenze 6/A, la fornitura in noleggio per diciotto mesi di un apparecchio portatile per radioscopia modello Arco Vision RFD 3D CMOS e Tavolo Medstone 5 CV Stille ad uso cardiologico da destinare alla S.C. Cardiologia del P.O. di Chivasso al canone omnicomprendivo mensile pari ad Euro 10.944,44 oltre Iva per un importo complessivo di spesa di € 197.000,00 Iva esclusa alle condizioni risultanti dall'offerta n. 2 del 15/01/2018 conservata agli atti dalla struttura proponente;

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;

Richiamati l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Preso atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

2. Di affidare la fornitura in noleggio per diciotto mesi di un apparecchio portatile per radioscopia modello Arco Vision RFD 3D CMOS e Tavolo Medstone 5 CV Stille ad uso cardiologico da destinare alla S.C. Cardiologia del P.O. di Chivasso al canone omnicomprensivo mensile pari ad Euro 10.944,44 oltre Iva per un importo complessivo di spesa di € 197.000,00 Iva esclusa alle condizioni risultanti dall'offerta n. 2 del 15/01/2018 conservata agli atti dalla struttura proponente alla ditta corrente in Cernusco S/N MI, via Firenze 6/A (P.I. 00751410150), per un importo complessivo di spesa di € 197.000,00 + IVA 22% € 43.430,00 per un totale di € 240.340,00.

3. Di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento di € 240.340,00 trova sufficiente copertura finanziaria nel competente conto economico di bilancio 3100504 "Canoni noleggio apparecchiature sanitarie" nel bilancio dell'ASL TO4, nell'ambito delle risorse attribuite per gli esercizi 2018, 2019 ripartita come di seguito specificato:

Anno 2018– dal 01/05 al 31/12

conto 3100504 Euro 106.817,78 Iva compresa

Anno 2019 - dal 01/001 al 31/10

conto 31005044 Euro 133.522,22 Iva compresa.

4. Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 240.340,00 IVA di legge inclusa, derivante dal presente provvedimento, sarà imputato alla S.C. Cardiologia del P.O. di Chivasso CDC 1044040101.

5. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.

1. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995.

7. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea.

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R., stante l'urgenza di procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto.

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
DI UN APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA AD USO
CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA P.O. DI
CHIVASSO**

Verbale

L'anno duemiladiciotto, nel giorno 25 gennaio 2018 alle ore 13,15, presso la sala riunioni della S.C. Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Chivasso, si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 23/01/2018 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura in noleggio di un apparecchio portatile per radioscopia ad uso cardiologico da destinare alla S.C. Cardiologia del P.O. di Chivasso per un periodo di 18 mesi.

La Commissione risulta così composta:

- Dott. Francesco Pinneri, Direttore S.C. Cardiologia di Chivasso, Presidente;
- Dott.ssa Valentina Conti, Dirigente Medico S.C. Cardiologia di Chivasso, commissario;
- P.I. Pierangelo Masoero, Responsabile Servizio Ingegneria Clinica, presidente;

Preso atto che risultano pervenute le offerte delle Ditte Eurocolumbus, Siemens, Sago Medica e Sipar che hanno trasmesso la documentazione richiesta.

Si prende atto che all'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:

- offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 30 punti;
- offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 70 punti,

I 70 punti disponibili per la valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative saranno attribuiti tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati.

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | PUNTI TOTALI MAX 70 |
|---|------------------------|
| caratteristiche tecniche del sistema | 15,00 punti |
| caratteristiche prestazionali del sistema | 10,00 punti |
| ergonomia | 15,00 punti |
| Caratteristiche migliorative | 5,00 punti |
| esito della prova | 25,00 punti |

FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA AD USO CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO

| CARATTERISTICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | EUROCOLUMBUS | | SIEMENS | | SAGO MEDICA | | SIPAR | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|----------------|--|----------------|---|--------------|---|
| | | PUNTI | NOTE | PUNTI | NOTE | PUNTI | NOTE | PUNTI | NOTE |
| MODELLO OFFERTO | MAX 70 | ALIEN 3030 CARDIO | | CIOS ALPHA ECO | | MONRAY PRECISO | | RFD 3D CMOS | |
| caratteristiche tecniche del sistema | 15,00 punti | 12,75 | detettore digitale, anno immissione 2012 rivisto completamente 2017, 5,8 KWA potenza assorbita; STATIVO prof. Arco 75, apertura arco da 85 a 73, flat-pannel 30x30 mm, matrice di acquisizione 1531x536 pixel, dimensioni pixel 194 micron, range dinamico 108 bd; gruppo radiologico generatore 40 khz, range di tensioni 40-120, range di correnti 5-250 mA, regolazione automatica, sistema raffreddamento a olio, monitor 32" 4k - giudizio buono | 4,50 | detettore digitale, anno immissione 2016, 625w potenza assorbita; STATIVO prof. Arco 73, apertura arco 110, flat-pannel 30x30 mm, matrice di acquisizione 1536x1536 pixel, dimensioni pixel 194 micron, range dinamico 16 bit; gruppo radiologico generatore da 18 a 50 khz, range di tensioni 40-125, range di correnti 3 -250 mA, regolazione automatica, sistema raffreddamento active cooling, ad acqua, sistema di riduzione della dose RX erogata RDW - giudizio di limitato valore in quanto supportato solo dalla valutazione della Relazione tecnica consegnata e non verificata in prova - parzialmente inadeguato | 9,00 | detettore digitale, anno immissione 2016, 300w potenza assorbita; STATIVO prof. Arco 67, apertura arco 84, flat-pannel 29,5x29,5 mm, matrice di acquisizione 1948x1948 pixel, dimensioni pixel 152 micron, range dinamico da70 db a 77db; gruppo radiologico generatore 20 khz, range di tensioni 40-120, range di correnti 0,03 -80 mA, regolazione manuale, dissipazione termica - giudizio sufficiente | 15,00 | detettore digitale, anno immissione 2016, 10A continui 20A di picco potenza assorbita; STATIVO prof. Arco 68, apertura arco 84, flat-pannel 30,7x 30,7 mm, matrice di acquisizione 3072x3072 pixel, dimensioni pixel 100 micron, range dinamico da 84 db a 95db; gruppo radiologico generatore 40 khz, range di tensioni 40-120, range di correnti 1,5 -250 mA, regolazione manuale, raffreddamento olio, liquido refrigerante e aria forzata - giudizio ottimo |
| caratteristiche prestazionali del sistema | 10,00 punti | 7,00 | portata dinamica del tavolo 220 kg - giudizio discreto | 0,00 | portata dinamica del tavolo 150/200 kg - non è possibile esprimere un giudizio in quanto non sono state verificate le prestazioni - giudizio inadeguato | 6,00 | portata dinamica del tavolo 150/200 kg - qualità delle immagini non ottimale per insabilità in scopia pulsata con riduzione della frequenza di frame - giudizio sufficiente | 10,00 | portata dinamica del tavolo 227 kg , doppia pre-view, ottima qualità dell'immagine anche con minima dose erogata - giudizio ottimo |
| ergonomia | 15,00 punti | 9,00 | workstation 181 kg, stativo 387 kg, tavolo peso 377kg - giudizio sufficiente | 0,00 | workstation 230 kg, + stativo 150 kg - letto kg 350 - non è possibile esprimere un giudizio in quanto non sono state verificate le prestazioni - giudizio inadeguato | 4,50 | workstation kg 140, tavolo 200x60, tavolo pesa 330 kg, stativo 340 kg., arco a C192,9x78,5x169,9 - inclinazione laterale 11° - i campi toracici alti ed il sistema venoso dello stesso settore non vengono agevolmente inquadrati per le limitazioni derivanti dal tipo di letto, presenza di fascia non radiotrasparente - giudizio parzialmente inadeguato | 15,00 | arco a c 404 kg, tavolo kg 220, workstation 167 kg - giudizio ottimo |
| Caratteristiche migliorative | 5,00 punti | 3,00 | Detettore con possibilità di escursione motorizzata; giudizio sufficiente | 0,00 | non presenti: giudizio inadeguato | 0,00 | non presenti: giudizio inadeguato | 4,25 | predisposizione all'acquisizione immagine 3D - giudizio buono |
| sito della prova | 25,00 punti | 7,50 | Guasto tecnico in fase di prova: parzialmente inadeguato | 0,00 | prova non effettuata | 15,00 | giudizio sufficiente | 25,00 | giudizio ottimo |
| TOTALE PUNTEGGIO | | 39,25 | | 4,50 | | 34,50 | | 69,25 | |
| PUNTEGGI IPARAMETRATI | | 39,67 | | 4,54 | | 34,87 | | 70,00 | |

Valentinus Cinti
Francesco Tammi
Sergio Rossi

| FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA AD USO CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| DESCRIZIONE | EUROCOLUMBUS | | | | SIEMENS | | | | SAGO MEDICA | | | | SIPAR | | | | | |
| | PREZZO | PUNTI PREZZO | PUNTI QUALITA' | TOTALE | PREZZO | PUNTI PREZZO | PUNTI QUALITA' | TOTALE | PREZZO | PUNTI PREZZO | PUNTI QUALITA' | TOTALE | PREZZO | PUNTI PREZZO | PUNTI QUALITA' | TOTALE | | |
| APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA AD USO CARDIOLOGICO COMPLETO DI TAVOLO DI ESAME | € 148.700,00 | 30,00 | 39,67 | 69,67 | NON AMMESSA | | | 4,54 | | NON AMMESSA | | | 34,87 | | 197.000,00 | 22,64 | 70,00 | 92,64 |



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 513 DEL 23/04/2018

**FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA
AD USO CARDIOLOGICO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. DI
CHIVASSO - N. CIG. 7334140D0A - CDC 1044040101.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 30/04/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 30/04/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 23/04/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Smaldino Aurora - Resp. Proced. ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

TRAINA MARIO - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

ZAMMUTO MARIA - il responsabile della pubblicazione