



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Struttura Provveditorato /CG

Chivasso, 23.03.2015

Sede Chivasso

Nr. Telefono: 011 9176342

Prot. Nr. 27901

Nr. Fax: 011 9176394

Email: cconconi@aslto4.piemonte.it

PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

SPETT.LE DITTA

A CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di Sterilizzazione e manutenzione di strumentario chirurgico del presidio ospedaliero di Chivasso e suo territorio - durata 5 anni" - Gara SIMOG N. 5896254 - CIG 6085707449.

CHIARIMENTI N. 2

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta l'11.03.2015, in relazione alla procedura di gara in oggetto, si precisa quanto segue:

DOMANDA N. 1:

1) In riferimento allegato A – Capitolato Tecnico, art. 2 Volumi dell'appalto, paragrafo di seguito riportato: "Si allegano inoltre i seguenti elenchi, ai fini di una più dettagliata analisi dell'attività oggetto dell'appalto:

A1) elenco dei materiali e dello strumentario di proprietà dell'ASL TO4 tracciabili secondo quantità e descrizione (tipologie a. b. c. d. f., Art. 1)

A2) numero di interventi chirurgici e ambulatoriali (storico)

A3) elenco materiale da integrare a carico della Ditta aggiudicataria."

Al fine di determinare la corretta tipologia del materiale da integrare a carico della Ditta aggiudicataria, si richiede di integrare le check list dei kit richiesti in allegato A3) non presenti nell'allegato A1).

I Kit di cui si richiede check list, senza le quali sarebbe impossibile determinare quantità, qualità e tipologia del contenuto dei kit sono di seguito elencati:

ORTOPEDIA

KIT ARTROSCOPIA DI SPALLA

CHIRURGIA

Kit APPENDICE PEDIATRICA

Kit COLECISTI – COLON LAPAROSCOPICO

FORBICI BIPOLARI POWERSTAR

PINZA BIPOLARE COMPRENSIVA DI CAVO

RISPOSTA N. 1:

A maggiore chiarimento Capitolato tecnico si trasmette elenco dettagliato composizione kit allegato A3 per la parte riguardante i kit non compresi nell'allegato 1.

KIT APPENDICE PEDIATRICA

Dotazione richiesta

1

Quantità Strumenti

13

Q.tà

Descrizione

Codice

1 Cavo luce

1 ottica 0° diam 5 mm.

1	Cavo bipolare	
2	Joannes inserto/asta	395 I/
2	Joannes Impugnatura	10195 B
1	Dissetto inserto/asta	398 I
1	Dissetto impugnatura	10395 B
1	Pinza bipolare fissa	397 C
2	Trocar diam 3,5 (completo)	326 V
1	Trocar diam 5 (completo)	WB 7605

Kit colecisti colon laparo

Specialistica

CHIVASSO - Chirurgia

Dotazione richiesta

2

Quantità Strumenti

33

Q.tà	Descrizione	Codice
1	dissetto diam. 10 inserto	CEV 651 .1
1	dissetto diam. 10 asta	CEV 64910 B
1	dissetto diam. 10 impugnatura	CEV 1059101
2	Joannes inserto	CEV 621.1
2	Joannes asta	CEV 649.5B
2	Joannes impugnatura	CEV 10195B
1	Forbice inserto	CEV 604 . 1
1	Forbice asta	CEV 6495 B
1	Forbice impugnatura	CEV 10395 B
1	Vttez Joannes Lunga inserto	CEV 670.1

1	Vttez Joannes Lunga asta	CEV 6495 B
1	Vttez Joannes Lunga impugnatura	CEV 10195 B
1	Compressore F vascolare diam. 10 fissa	CEV 535
1	Pinza bipolare Fissa	Cev 130
1	Pinza bipolare completa	CEV 630 1A/CEV 6795 B/CEV669B
1	Portaghi fisso	CEV 500.A5
1	Portaghi autocentra	CEV 540.5
1	Backoc	CEV 621.1/CEV 646B5/CEV 10195 B
1	Crocet	CEV 230,1
1	Ago wisap	WP 1615
1	Trocar diam 11 (completo)	WP 7620 sdf
1	Trocar diam 5 (completo)	WP 7605 sdn
1	Kelly completo	CEV 649.1/CEV 6495B/CEV6185R
1	Riduttore piccolo diam 3 -5	7663
1	Riduttore grande diam 10	7676
1	Cavo monopolare	
1	Cavo bipolare	
1	Ottica 0° diam 10	
1	Ottica 30° diam 10	
1	Cavo Luce	

Kit Artroscopia di spalla

Specialistica

CHIVASSO - ORTOPEDIA

Dotazione richiesta

2

Quantità Strumenti

56

Q.tà

Descrizione

Codice

2

ciotole

56231 -6

2

backhaus

1391513

2

adson

12368-12

2

pinze chirurgiche

12301-14

2

portalame

10130-04

2

portabatufoli

14222-27

2

portaghi

20390-16

2

forbici

11181-15

1

forbici

11915-17

1

kelly

13330-14

2

kocher

13384-13

4

kocherini

13320-12

1

ottica 30°

502-477-031

1

ottica 70°

1

cavo luce

233-050-064

1

trocar rotante

1

mandrino smusso

747-031-511

1

baker retto

L2801

1	bucket up	L4403
1	sistema spectrum	C6350
	sistema spectrum	C6355
	sistema spectrum	C6356
1	Uncino 45° dx	C6360
1	Uncino 45° sx	c6361
1	Uncino 60° sx	c6363
1	Uncino 90° dx	c6364
1	Uncino 90° sx	c6365
1	Uncino a cavatappo dx	c6366
1	Uncino a cavatappo sx	c6367
1	Uncino crescent medio	c6370
1	shuttle relais	c6004
1	palpatore	pr1001
1	crochet hook	pr1002
2	spinginodo	c6112
1	pinza recupera suture	161.018
1	pinza grasper	111.002
1	forbice retta	c6809
1	liberato elevator	2.550.016
1	asta	2220
1	pinza da presa	gu1002
1	pinza ada anelli	gu1003
1	pinza raven	gu1004
1	forbice per filo hifi	gu1009
1	uncino mitek	214641
1	uncino mitek	214640

Per forbici Bipolari si intende la tipologia di strumentario tipo Power Star della ditta J&J

Per pinza Bipolare comprensiva di cavo di connessione a elettrobistruri ditta Martin mod. ME 411 si intende la tipologia di strumentario tipo Martin cod. 80-911-07-04

DOMANDA N. 2:

In riferimento all'allegato A – Capitolato Tecnico, art. 2 Volumi dell'appalto, paragrafo di seguito riportato: "Si allegano inoltre i seguenti elenchi, ai fini di una più dettagliata analisi dell'attività oggetto dell'appalto:

A1) elenco dei materiali e dello strumentario di proprietà dell'ASL TO4 tracciabili secondo quantità e descrizione (tipologie a. b. c. d. f., Art. 1)

A2) numero di interventi chirurgici e ambulatoriali (storico)

A3) elenco materiale da integrare a carico della Ditta aggiudicataria."

Nell'allegato A1) le check list, riportano molti codici AA1234 (doppia AA maiuscola seguita da quattro numeri) che non è il codice del ferro ma è il codice dell'utilizzatore o comunque non inerente alla codifica puntuale del dispositivo.

Al fine di determinare la corretta tipologia del materiale da integrare a carico della Ditta Aggiudicataria, si richiede di integrare le check list dei kit dell'allegato A1) con il codice del produttore dello strumentario di proprietà dell'ASL TO4.

RISPOSTA N. 2:

Nelle check list citate nell'allegato A1) la codifica individua lo strumentario evidenziato nella colonna Descrizione.

Nel caso di codifica riportante iniziale AA è stato indicato il codice di marcatura in quanto assente il codice articolo del produttore.

L'allegato A1) fa riferimento a materiali e strumentario di proprietà ASLTO4 da mantenere e in caso di non riparabilità sostituire.

Lo strumentario a cui si fa riferimento dovrà essere mantenuto come un analogo strumento di pari Descrizione e in caso di sostituzione la scelta dello strumentario sostitutivo dovrà essere concordata con ASLTO4 DMO Chivasso.

Distinti saluti.

(firmato in originale)
IL DIRIGENTE RESP.
SS.CC. PROVVEDITORATO-ECON.
R.U.P. Dr.ssa Celestina Galetto

/CC

