

CHIARIMENTI

Precisazioni generali

Si confermano gli importi riportati nello schema d'offerta, precisando che l'importo da considerarsi a base d'asta è quello riferito all'importo complessivo del lotto.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive dovrebbero essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, resi a tal fine disponibili in formato word, in ogni caso non è pena di esclusione.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla documentazione tecnica, in ogni caso verrà ritenuta valida anche se inserita nella busta della documentazione amministrativa.

Il Documento di valutazione dei rischi verrà redatto e perfezionato solo con l'impresa aggiudicataria della fornitura.

La documentazione tecnica può essere contenuta in un unico plico, purché sia indicato il numero del lotto cui si riferiscono i documenti.

Il listino richiesto nell'Allegato C1 dovrà contenere solamente l'elenco degli accessori, mentre il listino riportante i prezzi dovrà essere inserito nella busta contenete l'offerta economica.

La dicitura "riscatto a costo zero" deve essere considerata come indicativa in quanto in ogni caso verranno rispettate delle regole fissate dalla normativa vigente in merito.

Quesiti riguardanti entrambi i lotti

D.: Si richiede di precisare il livello di progettazione richiesta in fase di gara. Si richiede inoltre la possibilità di elaborare il progetto corredandolo di disegni in scala 1:50

R.: Il livello di progettazione richiesto in fase di gara e quello definitivo. I disegni del progetto dovranno essere redatti in scala 1:20 per i locali di posizionamento della TAC. Per le altre zone coinvolte nel progetto la scala potrà essere idoneamente ridimensionata;

D.: Si richiede di confermare l'effettiva necessità di redigere in questa fase un piano di sicurezza e Coordinamento o se invece sia sufficiente un documento con le prime valutazioni di sicurezza

R.: E' necessario che nel progetto definitivo sia compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;

D.: Si richiede di specificare se gli oneri della Direzione dei lavori, e del Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione sono a carico della Ditta aggiudicataria o dell'Azienda ospedaliera

R.: Gli oneri della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sono a carico della Ditta aggiudicataria. I professionisti incaricati della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione saranno indicati dall'ASL;

Tutta la documentazione e le autorizzazioni necessarie (SCIA, DIA, Ecc..) per la fornitura e installazione delle nuove TAC e i relativi oneri sono a carico della Ditta aggiudicataria. Nel cronoprogramma allegato al progetto le Ditte partecipanti dovranno tenere conto dei tempi necessari all'ottenimento di tutte le autorizzazioni.

Quesiti riguardanti il lotto 1 - LANZO

N. B.: Tutte le planimetrie e le misure sono indicative e la ditta aggiudicataria dovrà verificarle prima della predisposizione del progetto esecutivo;

- D.: Si richiedono le indicazioni seguenti:
- caratteristiche condizionatori esistenti in sala esami e nel locale comandi
 - schema quadro elettrico esistente nel locale comandi, caratteristiche della linea di alimentazione e dell'interruttore di partenza
 - disponibilità di acqua refrigerata tutto l'anno (caratteristiche e punti di allacciamento)
 - protezioni anti rx esistenti
 - portata del solaio geometrie e composizioni
 - indicare il sistema di passaggio cavi tra il gantry e il locale di controllo

- R.: I condizionatori attualmente installati sono:
- nel locale esame n. 2 split di potenza cad. 12000 BTU/3695 Watt;
 - nel locale refertazione n. 1 split di potenza 12000BTU/3695 Watt.

Le caratteristiche dell'impianto elettrico esistente sono:

- Sigla quadro elettrico: TM 250 D 250A/40C
- 4P-3D
- Cavo FG7 3x70
- Neutro da solo 1x70
- Lunghezza linea circa 60 ml

Non si ha disponibilità di acqua refrigerata;

Esistono protezioni anti-x ma non si hanno dati sulle caratteristiche di dette protezioni;

Non si hanno dati certi sulla portata del solaio;

Indicazioni in merito al sistema di passaggio cavi, verranno fornite all'atto dello smantellamento dell'apparecchio esistente

Quesiti riguardanti il lotto 2 – CIRIE'

N. B.: Tutte le planimetrie e le misure sono indicative e la ditta aggiudicataria dovrà verificarle prima della predisposizione del progetto esecutivo;

D.: Si richiedono informazioni sulla portata del solaio, la sua tipologia costruttiva e la stratigrafia compositiva. In merito alle radioprotezione, si richiede inoltre di indicare l'eventuale presenza di barriere protettive ambientali all'interno delle murature e/o pavimento/soffitto ed eventualmente la loro qualità e la destinazione dei locali soprastanti e sottostanti.

R.: Non si è in possesso dei disegni del cemento armato ne si è a conoscenza dei dati di portata delle solette dei locali da destinare alla nuova TAC. Eventuali verifiche strutturali saranno a carico delle Ditte interessate;

Non vi sono protezioni dosimetriche alle pareti dei locali destinati alla nuova TAC. Non si hanno documenti attendibili dell'esistenza ed eventuale dimensionamento delle protezioni dosimetriche presenti sottopavimento.

D.: Si richiede di confermare se gli impianti di rilevazione antincendio sono inclusi nella fornitura, nel qual caso si richiedono gli as built dell'impianto esistente

R.: Gli oneri per l'impianto rilevazione incendi dei locali utilizzati per l'installazione della TAC e di tutti i locali interessati dall'intervento (spogliatoi, locale UPS, ecc..) sono a carico della ditta

aggiudicataria. L'impianto dovrà essere interfacciato con il sistema di rilevazioni incendio esistente nella struttura Ospedaliera.

Sono comunque a carico della Ditta aggiudicataria tutti i lavori di demolizione e smaltimento degli impianti esistenti nei locali interessati dall'intervento.

D.: Si richiede di indicare la tipologia di UPS da fornire (potenza e durata) e indicare il locale dove può essere posizionato

R.: L'UPS da fornire e da installare, nel locale indicato in planimetria, dovrà avere una autonomia minima di 15 minuti;

D.: Si richiedono planimetrie e sezioni in formato dwg dei locali oggetto d'intervento

R.: Nella planimetria del piano terreno allegata (in formato DWG) vengono indicati

- Il locale destinato all'installazione dell'UPS. Tutti i lavori e impianti necessari a rendere il suddetto locale a norma per la collocazione dell'UPS sono a carico della Ditta aggiudicataria (compreso impianto di condizionamento);
- Il punto di consegna (interruttore a carico ASL) dell'alimentazione elettrica per la TAC;
- Il tracciato dei cavidotti utilizzabili per la linea elettrica di alimentazione della TAC. La striscia di colore verde indica i cavidotti esistenti che possono essere utilizzati. La striscia gialla indica il tratto di cavidotto da predisporre a carico della Ditta aggiudicataria.
- Il punto di fornitura dell'acqua refrigerata e dell'acqua calda (non è disponibile il vapore) presso la sottocentrale del Pronto Soccorso. L'acqua refrigerata può essere fornita solo nei mesi estivi, da giugno a settembre;
- Il punto di consegna dei gas medicali (Ossigeno e Aria Compressa). Sono a carico della ditta aggiudicataria l'individuazione dei percorsi idonei al passaggio delle tubazioni dei gas medicali dal punto di consegna ai locali della nuova TAC. A carico della Ditta sono tutti i lavori occorrenti alla realizzazione delle nuove linee dei gas medicali e tutti gli oneri necessari affinché gli impianti siano certificati a norma di legge e in particolare alle norme di prevenzione incendi;
- Le aree di installazione degli impianti di condizionamento dei locali e delle apparecchiature dovranno essere individuate e proposte in progetto dalle ditte partecipanti a seconda di quanto rilevato in sede di sopralluogo e scelte tra le varie soluzioni possibili. Il punto di fornitura dell'alimentazione elettrica per i sistemi di condizionamento verrà individuato a seconda dell'area in cui la ditta aggiudicataria progetterà l'installazione degli impianti stessi;

Nella planimetria del piano terreno allegata (in formato DWG) vengono indicati:

- I locali destinati all'installazione della nuova TAC e dei locali accessori ritenuti necessari (spogliatoi)
- Il punto di fornitura dell'alimentazione elettrica per l'illuminazione;
- Una sezione (A-A') dalla quale si evidenziano le altezze interne dei locali.

Si trasmettono inoltre in allegato (files DWG) gli estratti dal progetto prevenzione incendi approvato dai VVFF relativi alle zone interessate dall'intervento (piano seminterrato e piano rialzato).

D.: Si richiede conferma che è ammessa:

- la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con una o più imprese;

- la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di predisposizione dei locali compresi nell'oggetto di gara;
- di indicare che l'esecuzione delle forniture è la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori è la prestazione secondaria

R.: Si conferma che è ammessa la partecipazione alla gara d'appalto di Raggruppamenti Temporanei di Impresa appositamente costituiti che dovranno uniformarsi alla disciplina vigente in materia.

D.: Si richiede di precisare se gli importi delle opere sono da intendersi compresi nel noleggio oppure a stato avanzamento lavori.

R.: Gli importi delle opere sono da considerarsi ricomprese nel noleggio.

D.: Si chiede di precisare che le penali di cui all'art. 4.4 non superano il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura.

R.: Le penali di cui all'art. 4.4 non superano i limiti imposti dalla normativa vigente.

Quesiti inerenti i requisiti del sistema tecnologico

D.: Lotto 1 Lanzo - Si richiede:

- specificare se la corrente massima al tubo richiesta sia da intendersi come valore indicativo o meno.
- caratteristiche dell'apparecchiatura esistente (peso, dissipazioni e potenza elettrica)

R.: Il valore indicato della corrente massima al tubo è da intendersi indicativo

Le indicazioni rispetto all'apparecchiatura esistente sono:

Peso 1700 Kg.

Potenza elettrica 60 KW

Dissipazioni termiche: dato non rilevabile

D.: Lotto 2 Ciriè - Si richiede di specificare se la caratteristica "Dotato di interfaccia di comunicazione wireless con l'unità di comando", riferita all'iniettore angiografico richiesto in opzionale, sia da intendersi come requisito di minima

R.: La caratteristica "interfaccia di comunicazione wireless" non è da intendersi come requisito di minima, ma come opzione non vincolante.

SI PRECISA CHE NON SI RITIENE GIUSTIFICATA LA POSTICIPAZIONE DEL TERMINE DEL 26/08/2014 PREVISTO PER LA CONSEGNA DELL'OFFERTA

- POTER EFFETTUARE UN NUOVO SOPRALLUOGO DI GARA