



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
**A.S.L. TO4**  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SERVICE DI SISTEMI DI BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA PER LA SSD SENOLOGIA DELL'ASL TO4 IN ESITO AD AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA - GARA N. 6007489.

N. **0329**

DEL **07 APR. 2016**

---

Proponente: ASLTO4 - S.S.D. ATTREZZATURE SANITARIE

Numero di Proposta: 135 del 18/02/2016

Il Responsabile del Procedimento  
ex artt.5 - 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi

(Massimo Pozzati)

*Massimo Pozzati*

Visto del Responsabile  
S.C. Economico-Finanziario  
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)

IL **16 APR. 2016**

*Maurilio Franchetto*

---

PUBBLICATA ai sensi di legge a  
decorrere dal

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 ESECUTIVA DAL

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

---

TRASMESSA al Collegio Sindacale

il **08 APR. 2016**

Ricevuta dalla Giunta Regionale il  
e da essa APPROVATA / ANNULLATA  
con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

N. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
*EMILIA GIOFFI*

AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SERVICE DI SISTEMI DI BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA PER LA SSD SENOLOGIA DELL'ASL TO4 IN ESITO AD AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA - GARA N. 6007489.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Lorenzo ARDISSONE**  
**(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)**

- Premesso che con deliberazione n. 375 del 16/04/2014 è stata indetta gara con procedura aperta, ai sensi dell' art. 55 D. Lgs. n.163/2006 e s.m. e i., per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto-assistita per la SSD Senologia dell'ASL TO4 per un periodo di 48 mesi;
- Preso atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
- Atteso che la procedura è stata registrata sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, numero di gara 6007489;
- Dato atto che lo svolgimento delle diverse fasi di gara è documentato dai verbali allegati alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale secondo il dettaglio di seguito elencato:

verbale del 03/07/2015: 1^ seduta pubblica nel corso della quale si è provveduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti, alla verifica della stessa e all'effettuazione del sorteggio ex art. 48 D.Lgs n° 163/2006. (Allegato 1);

verbale del 15/09/2015 2^ seduta pubblica nel corso della quale sono stati aperti i plichi contenenti le offerte tecniche, alla presenza della Commissione Giudicatrice nominata con delibera n. 670 del 15/07/2015. (Allegato 2);

verbale del 25/01/2016 3^ seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente formulazione della graduatoria di gara previa lettura del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice e dei relativi punteggi. (Allegato 3);

- Ritenuto pertanto opportuno disporre l'aggiudicazione della fornitura in favore delle ditte sotto elencate ed alle condizioni risultanti dalle offerte conservate agli atti presso la SSD Attrezzature Sanitarie sede di Ciriè:

Lotto 1 - Sistema di biopsia mammaria, mediante aspirazione vuoto- assistita, con manipolo riutilizzabile, tipo wireless, chiuso per la raccolta dei frustoli, con sistema eco guidato e possibilità di avanzamento a scatto della camera ago bioptica – CIG N. 621722043F -



Ditta BARD S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 59.120,00 oltre Iva;

Lotto 2 - Sistema di biopsia mammaria, mediante aspirazione vuoto- assistita, con manipolo riutilizzabile, tipo wireless, chiuso per la raccolta dei frustoli, con sistema eco guidato – CIG N. 6217237247 -

Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 78.896,00;

Lotto 3 - Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto- assistita, a doppia via, con sistema stereotassico mammografico – tavolo prono – CIG N. 621725404F -

Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 296.360,00;

Lotto 4 - Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto- assistita con sistema stereotassico mammografico – tavolo prono - adatto anche all'utilizzo in RMN. – CIG N. 6217270D7F -

Ditta BARD S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 184.800,00 oltre Iva.

- Rilevato che sui prezzi posti a base d'asta, la ditta Bard ha praticato uno sconto del 16,38% per il lotto 1 e del 15,57% per il lotto 4 mentre la ditta Devicor Medical Italy per i lotti 2 e 3 ha sostanzialmente confermato le quotazioni poste a base d'asta;
- Atteso che, a fronte della richiesta fatta alle ditte aggiudicatrici di un ulteriore sconto sulle condizioni praticate, solo la ditta Devicor Medical Italia srl ha formulato uno sconto del 5% sul canone di noleggio dell'apparecchiatura offerta al lotto 2, mentre la ditta Bard srl ha confermato le condizioni già praticate;
- Atteso che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione atta a comprovare la congruità delle condizioni economiche proposte;
- Preso atto che, per quanto disposto dall'art.26 commi 3 e 3 bis, della Legge 488/99, come modificati dalla Legge n. 191/2004, al momento dell'avvio della procedura di gara non erano attive convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale (SCR), né da CONSIP S.p.A. aventi ad oggetto forniture comparabili;
- Visto il Decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.;
- Richiamati l'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal responsabile della S.C. Provveditorato Dott.ssa Cinzia Tudini così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

**DELIBERA**

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte.
2. Di approvare gli atti di gara sotto elencati, indicati in premessa e allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, e procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui trattasi:

verbale del 03/07/2015	1^ seduta pubblica	Allegato 1,
verbale del 15/09/2015	2^ seduta pubblica	Allegato 2,
verbale del 25/01/2016	3^ seduta pubblica	Allegato 3.
3. Di aggiudicare pertanto, in esito a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, la fornitura in service di sistemi di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto-assistita per la SSD Senologia dell'ASL TO4 per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2020 alle ditte sotto elencate e alle condizioni risultanti dalle offerte conservate agli atti presso la SSD Attrezzature Sanitarie sede di Ciriè:
  - Lotto 1 - Sistema di biopsia mammaria, mediante aspirazione vuoto- assistita, con manipolo riutilizzabile, tipo wireless, chiuso per la raccolta dei frustoli, con sistema eco guidato e possibilità di avanzamento a scatto della camera ago bioptica – CIG N. 621722043F -  
Ditta BARD S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 59.120,00 oltre Iva;
  - Lotto 2 - Sistema di biopsia mammaria, mediante aspirazione vuoto- assistita, con manipolo riutilizzabile, tipo wireless, chiuso per la raccolta dei frustoli, con sistema eco guidato – CIG N. 6217237247 -  
Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 78.896,00;
  - Lotto 3 - Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto- assistita, a doppia via, con sistema stereotassico mammografico – tavolo prono – CIG N. 621725404F -  
Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 296.360,00;
  - Lotto 4 - Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto- assistita con sistema stereotassico mammografico – tavolo prono - adatto anche all'utilizzo in RMN. – CIG N. 6217270D7F -  
Ditta BARD S.r.l. per un importo complessivo quadriennale pari a € 184.800,00 oltre Iva.
4. Di dare atto che, accertata la congruità delle condizioni economiche proposte, la spesa complessiva presunta relativa al presente provvedimento di Euro 619.176,00 + iva 22% Euro 136.218,72 per un totale di Euro 755.394,72 trova copertura finanziaria nei competenti conti di bilancio nell'ambito delle risorse attribuite per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, come di seguito specificato:



Anno 2016 – dal 01/04 al 31/12

conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici - Euro 103.902,80 + iva 22% 22.858,62 =Euro 126.761,42

conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - Euro 12.690,00 + iva 22% 2.791,80 =Euro 15.481,80

anni 2017, 2018, 2019 (per ciascun esercizio)

conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici - Euro 137.874,00 + iva 22% 30.332,28 =Euro 168.206,28


conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - Euro 16.920,00 + iva 22% 3.722,40 =Euro 20.642,40

Anno 2020 – dal 01/01 al 31/03

conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici - Euro 33.971,20 + iva 22% 7.473,66 =Euro 41.444,86

conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - Euro 4.230,00 + iva 22% 930,60 =Euro 5.160,60

5. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge regionale n. 10 del 24.1.1995.

  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA S.C. PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Cinzia Tudini

---


Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Ada CHIADO

---


SEGUE DELIBERAZIONE N. 0328 DEL 07 APR. 2016

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giovanni LA VALLE



---


IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)



---

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante la necessità di procedere alla fornitura dei sistemi di biopsia mammaria necessari per la prosecuzione dell'attività della SSD Senologia di Strambino.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)



---





**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Allegato 1 alla Deliberazione

329 del

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.asito4.piemonte.it](http://www.asito4.piemonte.it)

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.S.D. Acquisti Attrezzature Sanitarie/MP/as

Sede di Ciriè

Nr. Tel.: 011/9217263

Nr. Fax: 011/9205292

## **VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA PER LA SSD SENOLOGIA DELL'ASL TO4 - GARA N. 6007489**

L'anno 2015, il giorno 03 del mese di Luglio alle ore 10,30, in Ciriè, nei locali della Sala Riunioni del P.O. di Ciriè dell' ASL TO4, sono presenti: il Presidente di gara Dr.ssa Margherita PERUCCA, Dirigente della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4, la Sig.ra Aurora Smaldino Collaboratore Amministrativo della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4 ed il Sig. Massimo Pozzati, Assistente Amministrativo della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4, tutti noti, cogniti ed idonei a norma di legge.

Sono inoltre presenti, per assistere alle operazioni di gara, i sigg. ri:


- LAVISTA Massimo - in rappresentanza della ditta BARD SRL,
- CABIALE Piero - in rappresentanza della ditta TECHNOLOGIC SRL;
- SAVOIA Emanuele - in rappresentanza della ditta DEVICOR MEDICAL ITALY SRL,

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 375 del 16/04/2015 è stata indetta gara con procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto-assistita per la SSD Senologia dell'ASL TO4 ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.06;
- il bando di gara e le successive integrazioni sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale;
- il capitolato speciale di gara e il bando di gara formato CEE sono stati pubblicati sul sito dell'ASL TO4: [www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it);
- le Ditte interessate dovevano far pervenire le offerte all'Azienda Sanitaria Locale TO4 - Via Aldisio,2 - 10015 Ivrea TO entro le ore 12 del giorno 26.06.2015;
- il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i all'offerta economicamente più vantaggiosa, da effettuarsi secondo i criteri indicati nel capitolato speciale d'appalto.

 **REGIONE  
PIEMONTE**

[www.regione.piemonte.it/eanits](http://www.regione.piemonte.it/eanits)

*Per*  


TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 10,30 la Dr.ssa Margherita PERUCCA assume la presidenza della gara e alla presenza dei testimoni dichiara aperta la seduta di gara.

Rileva che, nel termine prescritto e cioè entro le ore 12 del giorno 26.06.2015, sono pervenuti n. 3 plichi contenenti le offerte delle seguenti ditte:

- 1 - BARD SRL
- 2 - DEVICOR MEDICAL ITALY SRL
- 3 - TECHNOLOGIC SRL

Il Presidente procede all'apertura dei plichi nell'ordine evidenziato nel succitato elenco per la verifica della documentazione amministrativa prodotta dando atto che tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione e, pertanto, possono essere ammesse alle successive fasi di gara.

Il Presidente procede, quindi, al sorteggio della Ditta concorrente relativamente alla quale si richiederà di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs n° 163/2006.

Viene estratta la Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY SRL nei cui confronti verrà avviato il procedimento volto a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Si da infine atto che le buste contenenti l'offerta economica, opportunamente numerate e siglate, verranno custodite in armadio chiuso a chiave, ubicato presso gli uffici della S.S.D. Attrezzature Sanitarie sede di Ciriè dell'ASL TO4 fino alla data di apertura delle stesse in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti.

Il Presidente comunica infine che la data e il luogo di svolgimento della seconda seduta pubblica, in cui verranno aperte, alla presenza della Commissione Tecnica, le buste contenenti la documentazione tecnica, verrà comunicata successivamente.

La seduta di gara si scioglie alle ore 11,30




IL PRESIDENTE

Dr. ssa Margherita PERUCCA

I TESTIMONI

Sig.ra Aurora SMALDINO

Sig. Massimo POZZATI

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_





**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Allegato 2 alla Deliberazione

10329 del 07 APR. 2015

AUGUSTO 2

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.S.D. Acquisti Attrezzature Sanitarie/MP/pm  
Sede di Ciriè  
Nr. Tel.: 011/9217263  
Nr. Fax: 011/9205292

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA PER LA SSD SENOLOGIA DELL'ASL TO4 - GARA N. 6007489**

L'anno 2015, il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 14,30, nei locali della Sala Riunioni del P.O. di Ciriè dell' ASL TO4, sono presenti: il Presidente di gara Dr.ssa Margherita PERUCCA, Dirigente della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4 ed il Sig. Massimo Pozzati, Assistente Amministrativo della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4, tutti noti, cogniti ed idonei a norma di legge.

Sono inoltre presenti:

Dott. Sebastiano PATANIA - Direttore SSD Senologia Ivrea;

Dott. Giovanni GATTI - Direttore S.C. Radiodiagnostica Chivasso-Ivrea;

P.i. Pierangelo MASOERO - Referente Ufficio Ingegneria Clinica;

nominati, con deliberazione n. 670 del 15/07/2015, a far parte della Commissione Giudicatrice della gara d'appalto in oggetto, rispettivamente in qualità di Presidente il Dott. Patania e di Componenti il Dott. Gatti e il P.I. Masoero.

Sono inoltre presenti, per assistere alle operazioni di gara, i sigg. ri:

- MORA Massimo - in rappresentanza della ditta BARD SRL,
- CABIALE Piero - in rappresentanza della ditta TECHNOLOGIC SRL;
- QUADRI Paolo - in rappresentanza della ditta DEVICOR MEDICAL ITALY SRL,

**PREMESSO CHE**

In data 03 Luglio 2015, si è provveduto, in seduta pubblica, all'espletamento dei seguenti adempimenti:

1. verifica dell'integrità dei plichi contenenti le offerte pervenute;
2. apertura dei plichi e verifica della composizione degli stessi in conformità alle disposizioni del Capitolato speciale di gara che prevedeva la presenza di tre buste contenenti una la documentazione amministrativa, una la documentazione tecnica e una l'offerta economica;

REGIONE  
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

3. accantonamento momentaneo delle buste contenenti l'offerta economica, dando atto che le stesse verranno custodite in armadio, regolarmente chiuso a chiave, sito presso gli uffici della S.S.D. Attrezzature Sanitarie di via Battitore 7/9 – Ciriè (To);
4. apertura della busta n. 1, contenete la documentazione amministrativa, e verifica della presenza della documentazione richiesta;
5. ammissione delle ditte partecipanti alle successive fasi di gara;
6. sorteggio pubblico previsto dall'art. 48 comma 1 del d. lgs 163/2006 e smi.

### TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 14,30 la Dr.ssa Margherita PERUCCA, assume la presidenza della gara e alla presenza dei testimoni, della Commissione Giudicatrice e delle persone presenti in rappresentanza delle Ditte concorrenti dichiara aperta la seduta di gara.

Si da atto del fatto che la DEVICOR MEDICAL ITALY Srl, sorteggiata ai sensi dell'art. 48 d. lgs. 163/2006, ha fatto pervenire entro i termini la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria richiesti dal bando di gara, mentre la stazione appaltante ha acquisito direttamente le certificazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa.

Il Presidente di gara procede quindi ad aprire la BUSTA.N. 2, in cui le ditte partecipanti hanno racchiuso la documentazione tecnica, al fine di verificare la corrispondenza di quanto in essa contenuto con quanto richiesto dal Capitolato Speciale di Gara.

Si da atto che tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione e, pertanto, possono essere ammesse alle successive fasi di gara.

In chiusura di seduta il Presidente di gara da atto che la documentazione tecnica presentata viene da subito messa a disposizione della Commissione Tecnica incaricata della relativa valutazione.


Il Presidente comunica infine che la data e il luogo di svolgimento della seduta pubblica in cui, preso atto della valutazione tecnica espressa dalla Commissione Giudicatrice, si procederà all'apertura delle offerte economiche e all'aggiudicazione della fornitura, saranno oggetto di una successiva e ulteriore convocazione.

Non essendoci altro da verbalizzare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30.

Il presente verbale è formato da n. 2 pagine.


IL PRESIDENTE

Dr. ssa Margherita PERUCCA



IL TESTIMONE

Sig. Massimo POZZATI



**A.S.L. TO4**Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9178666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 MREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

S.S.D. Acquisti Attrezzature Sanitarie/MP/pm

Sede di Ciriè

Nr. Tel.: 011/9217263

Nr. Fax: 011/9205292

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA PER LA SSD SENOLOGIA DELL'ASL TO4 - GARA N. 6007489**

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 09,30, nei locali della Sala Riunioni del P.O. di Ciriè dell' ASL TO4, sono presenti: il Presidente di gara Dr.ssa Margherita PERUCCA, Dirigente della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4, la Sig.ra Aurora Smaldino Collaboratore Amministrativo della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4 ed il Sig. Massimo Pozzati, Assistente Amministrativo della S.S.D. Attrezzature Sanitarie dell'ASL TO4, tutti noti, cogniti ed idonei a norma di legge per procedere all'apertura dei plichi, depositati e conservati finora presso idoneo armadio chiuso contenenti le offerte economiche relative alla gara procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto assistita per la SSD Senologia dell'ASL TO4 indetta con deliberazione n. 375 del 16/04/15.

Sono inoltre presenti, per assistere alle operazioni di gara, i sigg. ri:

- MORA Massimo - in rappresentanza della ditta BARD SRL,
- CABIALE Piero - in rappresentanza della ditta TECHNOLOGIC SRL;
- QUADRI Paolo - in rappresentanza della ditta DEVICOR MEDICAL ITALY SRL.

Il Presidente precisa che, in data 03/07/2015 e 15/09/2015, a seguito delle sedute pubbliche per la verifica amministrativa e tecnica, sono stati ammessi alla gara i seguenti operatori economici:

1. BARD SRL (Lotto 1, 3 e 4)
2. TECHNOLOGIC SRL (Lotto 3 e 4)
3. DEVICOR MEDICAL ITALY SRL (Lotto 2 e 3)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente prende atto del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice nominata, con delibera n. 670 del 15/07/2015, dando pubblica lettura, in sintesi, dei punteggi qualitativi attribuiti, riportati nel succitato verbale, allegato al presente documento a farne parte


**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

*Lu*  
*cup*

integrante e sostanziale. (All. 1) e precisa che non si procederà all'apertura delle offerte delle ditte BARD e TECHNOLOGIC per il Lotto 3 e della sola ditta TECHNOLOGIC per il Lotto 4 in quanto i relativi punteggi qualitativi non raggiungono la soglia minima di accettabilità di 21 punti prevista dal Capitolato.

Il Presidente, dato atto che le offerte economiche, adeguatamente custodite come indicato in premessa, risultano tutte chiuse in busta sigillata, procede all'apertura delle stesse, dando contestualmente lettura delle quotazioni economiche offerte.

I 60 punti a disposizione per il coefficiente prezzo vengono attribuiti a ciascuna offerta economica, secondo il criterio previsto dall'art. 2.7 del Capitolato speciale di gara.

Successivamente si procede alla sommatoria dei punteggi prezzo e qualità conseguiti dai partecipanti le cui risultanze vengono riassunte nel sottostante prospetto.

	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA	PUNTI PREZZO	PUNTI QUALITA'	TOTALE
LOTTO 1	BARD	59.120,00	60	40	100
LOTTO 2	DEVICOR MEDICAL ITALY	79.376,00	60	40	100
LOTTO 3	DEVICOR MEDICAL ITALY	296.360,00	60	40	100
LOTTO 4	BARD	184.800,00	60	40	100

Il Presidente dichiara che le eventuali richieste di accesso potranno essere inoltrate dalla data di comunicazione dell'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva con cui verranno approvati gli atti di gara e affidata la fornitura ai concorrenti classificatisi primi in graduatoria per ogni lotto.

Non essendoci altro da verbalizzare, il presente verbale viene chiuso alle ore 10,30.

L'aggiudicazione provvisoria verrà comunicata nei termini di legge ai concorrenti e sarà pubblicata sul sito dell'ASL TO4 all'indirizzo [www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it).

Il presente verbale è formato da n. 9 pagine compresi gli allegati.




IL PRESIDENTE

Dr. ssa Margherita PERUCCA

I TESTIMONI

Sig.ra Aurora SMALDINO

Sig. Massimo POZZATI

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

## VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA

### GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA PER LA SSD SENOLOGIA DELL'ASL TO4 - GARA N. 6007489.

In data 15/09/2015, presso i locali della Sala Riunioni del P.O. di Ciriè dell' ASL TO4, alle ore 15,30, conclusa la seduta pubblica nel cui corso si è provveduto ad aprire le buste contenenti la documentazione tecnica della gara in oggetto al fine di verificarne la corrispondenza con quanto richiesto dal Capitolato Speciale di Gara, la suddetta documentazione tecnica è stata messa a disposizione della Commissione incaricata della valutazione qualitativa, nominata con deliberazione n. 670 del 15/07/2015, e composta dai sigg. ri:

PRESIDENTE Dott. Sebastiano PATANIA - Direttore SSD Senologia Ivrea;  
COMPONENTE Dott. Giovanni GATTI - Direttore S.C. Radiodiagnostica Chivasso-Ivrea;  
COMPONENTE P.i. Pierangelo MASOERO - Referente Ufficio Ingegneria Clinica.

La suddetta Commissione pertanto prende in consegna la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti di seguito elencate

- 1 - BARD SRL,
- 2 - TECHNOLOGIC SRL
- 3 - DEVICOR MEDICAL ITALY SRL

La Commissione, prima di procedere all'esame della documentazione presentata per l'attribuzione dei punteggi, prende atto che i 40 punti a disposizione per le caratteristiche tecnico-qualitative saranno attribuiti in base ai criteri e ai rispettivi punteggi previsti dall'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che:

- qualora nessun concorrente abbia ottenuto, per la propria offerta, il punteggio massimo attribuibile per le caratteristiche tecnico-qualitative, si procederà a riparametrare i punteggi totali ottenuti assegnando il massimo punteggio all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri elencati, per ognuno dei lotti di gara, nell'art. 2.7 del Capitolato Speciale, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente come previsto dalla normativa vigente.
- il Capitolato individua una soglia minima di accettabilità (21 punti su 40) al di sotto della quale le offerte non saranno ritenute valide e pertanto non prese in considerazione.

*Masoero* *[Signature]* *[Signature]*

Tutto ciò premesso la Commissione procede all'esame della documentazione offerta, verificandone in prima istanza la rispondenza ai requisiti di minima riportati nell'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto. Da questa disamina emerge che per il lotto 1 e per il lotto 2 è pervenuta una sola offerta rispettivamente dalla ditta Bard e dalla ditta Devicor le cui documentazioni tecniche risultano conformi alle richieste del capitolato e pertanto sono ritenute idonee. Dopo un'attenta analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti, la Commissione ritiene opportuno procedere alla richiesta di chiarimenti alle ditte Bard e Technologic limitatamente ai lotti 3 e 4.

Al termine della seduta i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono consegnati e riposti per essere custoditi in apposito armadio chiuso a chiave sito presso gli uffici della S.S.D. Attrezzature Sanitarie del P.O. di Ciriè.

La seduta viene sospesa alle ore 17,00 e rinviata per il prosieguo della disamina della documentazione al 14/10/15 alle ore 9,00.

---

In data 14/10/15 alle ore 9,00, presso i locali della Sala Riunioni del P.O. di Ciriè dell'ASL TO4, la Commissione tecnica incaricata della valutazione qualitativa, regolarmente costituita, riprende i lavori di valutazione dopo aver ripreso in consegna i plichi contenenti la documentazione tecnica custoditi in apposito armadio chiuso a chiave sito presso i locali della S.S.D. Attrezzature Sanitarie del P.O. di Ciriè.

La Commissione, riunita in seduta privata, dopo aver preso visione delle risposte pervenute da parte delle ditte Bard e Technologic alla richiesta di chiarimenti limitatamente alle offerte relative ai lotti 3 e 4, evidenzia quanto segue:

Lotto 3: entrambe le ditte presentano una soluzione che non risponde alle richieste minime del capitolato in quanto le apparecchiature non prevedono l'utilizzo di aghi a doppia via di aspirazione e non hanno la possibilità di prelievo di singoli frustoli con raccolta automatica dei frustoli in camere numerate e separate

Lotto 4: la ditta Technologic non soddisfa i seguenti requisiti minimi richiesti dal capitolato: non è dotato di monitor touch-screen e non dispone della gamma di aghi richiesti nel range tra 7G e 12G, ma solo da 9G a 12G.

Ne consegue pertanto che le offerte della ditta Technologic per il lotti 3 e 4 e l'offerta della ditta Bard per il lotto 3 non sono conformi in quanto non soddisfano i requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale di gara e sarebbero da escludere dalla procedura.

In considerazione comunque del fatto che così facendo si limiterebbe la partecipazione alla gara a una sola offerta per ognuno dei quattro lotti, limitando ulteriormente la concorrenza, si ritiene che sia utile procedere anche alla valutazione delle offerte suddette al fine di verificare qualitativamente le prestazioni rese e la dichiarata "equivalenza".

La Commissione tecnica, pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dal Capitolato di gara, richiede di poter visionare e provare a titolo gratuito le seguenti apparecchiature:

- Lotto 3:
- ditta BARD apparecchiatura già in uso, non è necessaria una seduta di prova.
  - ditta Technologic si richiede di effettuare una sessione prova.
  - ditta Devicor si richiede di effettuare una sessione prova.

- Lotto 4: - ditta BARD apparecchiatura già in uso, non è necessaria una seduta di prova.  
- ditta Technologic si richiede di effettuare una sessione prova.

Al termine della seduta i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono consegnati e riposti per essere custoditi in apposito armadio chiuso a chiave sito presso i locali della S.S.D. Attrezzature Sanitarie del P.O. di Ciriè .

La seduta viene sospesa alle ore 11,00 e rinviata a una data da definirsi dopo l'avvenuta effettuazione della visione e prova delle apparecchiature.

In data 15/12/2015 alle ore 14,00, presso i locali della Sala Riunioni del P.O. di Ciriè dell' ASL TO4, la Commissione tecnica incaricata della valutazione qualitativa, regolarmente costituita, riprende i lavori di valutazione dopo aver ripreso in consegna i plichi contenenti la documentazione tecnica custoditi in apposito armadio chiuso a chiave sito presso i locali della S.S.D. Attrezzature Sanitarie del P.O. di Ciriè .

La Commissione, riunita in seduta privata, dato atto delle risultanze delle prove effettuate in data 12/11/15 e 13/11/15 presso la SSD Senologia di Strambino con le apparecchiature offerte dalle ditte Technologic e Devicor per il lotto 3 e aver visionato l'apparecchiatura offerta dalla ditta Technologic per il lotto 4 presso l'ospedale San Martino di Genova, provvede all'attribuzione dei punteggi messi a disposizione per le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base dei criteri stabiliti. Il punteggio totale ottenuto da ogni partecipante viene infine riparametrato in funzione del punteggio massimo attribuibile per le caratteristiche tecniche (40).

Le tabelle 1, 2, 3, e 4 debitamente compilate vengono allegate, a farne parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Al termine della seduta i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono riposti e custoditi in apposito armadio chiuso a chiave sito presso i locali della S. C. Provveditorato.

Le schede tecniche e il presente verbale vengono infine trasmessi al RUP per il prosieguo della gara d'appalto


La seduta viene sospesa alle ore 15,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dott. Sebastiano PATANIA

I COMPONENTI Dott. Giovanni GATTI

P.i. Pierangelo MASOERO



<b>LOTTO 1 : Sistema di biopsia mammaria, mediante aspirazione vuoto- assistita, con manipolo riutilizzabile, tipo wireless, chiuso per la raccolta dei frustoli, con sistema eco guidato e possibilità di avanzamento a scatto della camera ago bioptica</b>				
		ditta		
<b>Requisiti richiesti</b>		<b>BARD</b>		
• Utilizzo con ecografo ditta Esaote Mylab mod. CLASS C		si		
• Modulo dedicato alimentato da corrente elettrica di rete (220-240 V)		si		
• Manipolo dotato di azionamento ago con possibilità a scatto con molla		si		
• Connessione manipolo di tipo wireless		si		
• Possibilità di effettuare prelievi multipli di tessuto attraverso un'unica inserzione nella cute di un ago		si		
• Aghi di calibro compreso nel range tra 13G e 14G		si		
		<b>IDONEO</b>		
<b>Criterio di valutazione (max 40 punti)</b>		<b>Soglia minima 21 punti</b>		
<b>Elemento di valutazione</b>	<b>punteggio massimo attribuibile</b>			
Estremità e caratteristiche dell'ago e sua capacità di penetrazione	10	10		
Ergonomia del manipolo	10	10		
Azionamento dell'ago dal manipolo	10	10		
Potenza di aspirazione	5	5		
Assistenza tecnica	5	4		
	<b>TOTALE</b>	<b>39</b>		
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>40</b>		

Allegato 3 alla Deliberazione  
 n. 32 del 11/01/2010

*[Handwritten signature]*



<b>LOTTO 2 : Sistema di biopsia mammaria, mediante aspirazione vuoto- assistita, con manipolo riutilizzabile, tipo wireless, chiuso per la raccolta dei frustoli, con sistema eco guidato.</b>			
		ditta	
<b>Requisiti richiesti</b>		<b>DEVICOR MEDICAL ITALY</b>	
· Utilizzo con ecografo ditta Esaote Mylab mod. CLASS C		si	
· Modulo dedicato alimentato da corrente elettrica di rete (220-240 V)		si	
· Possibilità di attivare il comando di biopsia da diversi pulsanti		si	
· Possibilità di rotazione delle finestra di prelievo integrata nella sonda (360°)		si	
· Connessione manipolo di tipo wireless		si	
· Possibilità di effettuare prelievi multipli di tessuto attraverso un'unica inserzione nella cute di un ago		si	
· Possibilità di utilizzare introduttore dedicato per l'accesso in mammella		si	
· Possibilità di sonde di aspirazione a doppio lume		si	
· Aghi di calibro 13G e 10G provvisti di punta bisturi ad alta penetrazione		si	
		<b>IDONEO</b>	
<b>Criterio di valutazione (max 40 punti)</b>	<b>Soglia minima 21 punti</b>		
<b>Elemento di valutazione</b>	<b>punteggio massimo attribuibile</b>		
Estremità e caratteristiche dell'ago e sua capacità di penetrazione	10	10	
Ergonomia del manipolo	10	10	
Azionamento dell'ago dal manipolo	10	10	
Potenza di aspirazione	5	5	
Assistenza tecnica	5	4	
	<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	
	<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>	<b>40</b>	

Allegato 3 - lista Valutazione  
 0329 del 10/7 APR. 2010

*[Handwritten signatures]*

<b>LOTTO 3 : Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto- assistita, a doppia via, con sistema stereotassico mammografico tavolo prono</b>				
		ditte		
<b>Requisiti richiesti</b>		<b>DEVICOR MEDICAL ITALY</b>	<b>BARD</b>	<b>TECHNOLOGIC</b>
· Utilizzo con tavolo per biopsia stereotassica ditta Fischer mod. MAMMOTEST PLUS S		si	si	si
· Modulo dedicato alimentato da corrente elettrica di rete (220-240 V)		si	si	si
· Dotazione di carrello di trasporto, qualora richiesto dalle dimensioni del sistema offerto		si	si	si
· Manipolo dotato di azionamento ago		si	si	si
· Possibilità di effettuare prelievi multipli di tessuto attraverso un'unica inserzione nella cute di un ago		si	si	si
· Possibilità di impartire i comandi per l'agobiopsia direttamente dal driver		si	si	si
· Aghi di calibro di 8G e 10G a doppia via di aspirazione		si	no	no
· Aghi di diversa lunghezza nel range tra 9 e 15cm.		si	no	no
· Possibilità di visualizzare il singolo frustolo e di scegliere l'orientamento di presentazione dello stesso		si	si	si
· Possibilità di prelievo di singoli frustoli con raccolta automatica dei frustoli in camere numerate e separate		si	no	no
<b>Criterio di valutazione (max 40 punti)</b>		<b>Soglia minima 21 punti</b>		
<b>Elemento di valutazione</b>	<b>punteggio massimo attribuibile</b>			
Ago sistema di aspirazione	15	15	10	8
Modalità di prelievo dei frustoli	15	15	0	0
Ergonomia del driver	5	5	4	3
Assistenza tecnica	5	4	4	4
TOTALE		39	18	15
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>40</b>	<b>18,46</b>	<b>15,38</b>

*Manuale (5 to 10)*

LOTTO 4 : Sistema di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto- assistita con sistema stereotassico mammografico – tavolo prono - adatto anche all'utilizzo in RMN			
Requisiti richiesti	ditte		
	BARD	TECHNOLOGIC	
Utilizzo con tavolo per biopsia stereotassica ditta Fischer mod. MAMMOTEST PLUS S	si	si	
Utilizzo con apparecchiatura RMN ditta Philips mod. ACHIEVA 1.5 T DSTREAM	si	si	
Possibilità di dotazione di tutti gli accessori/kit per prelievi sia in stereotassi che in RM (compresa griglia RM di adattamento per prelievo)	si	si	
Modulo dedicato alimentato da corrente elettrica di rete (220-240 V)	si	si	
Dotazione di carrello di trasporto, qualora richiesto dalle dimensioni del sistema offerto	si	si	
Il sistema deve essere gestito da computer con possibilità di controllo del sistema di biopsia attraverso monitor touch-screen	si	no	
Aghi di calibro compreso nel range tra 7G e 12G con camera di prelievo di ampiezza variabile e controllabile tramite il software del dispositivo, con punta dell'ago ad alta penetrazione	si	no	
Possibilità di effettuare prelievi multipli di tessuto attraverso un'unica inserzione nella cute di un ago	si	si	
Possibilità di infusione intra-procedurale	si	si	
<b>Criterio di valutazione (max 40 punti)</b>	<b>Soglia minima 21 punti</b>		
<b>Elemento di valutazione</b>	<b>punteggio massimo attribuibile</b>		
Estremità dell'ago e sua capacità di penetrazione	15	13	
Camera di prelievo di ampiezza variabile	15	0	
Monitor di controllo della procedura	5	0	
Assistenza tecnica	5	4	
TOTALE		39	17
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>40</b>	<b>17,44</b>

Anagrafo 3 - lista Delle Nazioni  
 0329 del 10/7/2010  
 del 10/7/2010

*[Handwritten signatures]*