

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE**

**A.S.L. TO4**  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

**ASLTO4 - S.S.D. ATTREZZATURE SANITARIE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DOTT.SSA MARGHERITA PERUCCA**

N. 757

DEL 12/11/2012

**OGGETTO: ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA FLUORANGIOGRAFICO PER LA S.C. OCULISTICA DEL P.O. IVREA. CDC 1355050001 CONTO 1.12.04.11**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere  
dal **27 NOV. 2012**

TRASMESSA al Collegio Sindacale  
il

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE N. 757 DEL 12/11/2012

ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA FLUORANGIOGRAFICO PER LA S.C. OCULISTICA DEL P.O. IVREA. CDC 1355050001 CONTO I.12.04.11

**IL DIRIGENTE ASLTO4 - S.S.D. ATTREZZATURE SANITARIE  
DOTT.SSA MARGHERITA PERUCCA**

- Atteso che con la delibera n. 671 del 02.10.2012. è stato approvato il piano di programmazione degli investimenti in conto capitale dell'ASL TO4 per l'anno 2012;
- Considerato che con la suddetta delibera è stato, tra l'altro, autorizzato l'investimento relativo all'acquisto di un sistema fluorangiografico da destinare alla S. C. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Ivrea;
- Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 (codice unico degli appalti) avente ad oggetto servizi e forniture in economia e ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata;
- Preso atto che si è provveduto a pubblicare sul sito web dell'Azienda, nella sezione Gare e appalti, la procedura negoziata per l'acquisto di n. 1 fluorangiografo e contestualmente ad invitare con lettera n. 49.016 del 18.05.2012 le ditte segnalate dalla S.C. Ingegneria Clinica e precisamente:
  - Ditta TOPCON ITALIA corrente in Paderno Dugnano MI;
  - Ditta FRASTEMA OPHTHALMICS SRL corrente in Busto Arsizio VA
  - Ditta TG OPTALMICA SRL corrente in Genova
- Atteso che la Commissione preposta ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti contenenti la documentazione amministrativa e tecnica come risulta dal verbale di apertura redatto in data 11.07.2012 conservato agli atti della Struttura proponente dal quale si evince che risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte:
  - Ditta CARL ZEISS SPA prot. n. 57430 del 11.06.2012 ;
  - Ditta TOPCON ITALIA prot. n. 55450 del 05.06.2012;
  - Ditta FRASTEMA OPHTHALMICS SRL prot. n. 59197 del 15.06.2012
- Considerato che nella lettera di invito era precisato che la fornitura sarebbe stata aggiudicata a favore della ditta che avrà effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato del rapporto qualità/prezzo delle attrezzature offerte comprensivo dell'importo di assistenza tecnica full-risk per cinque anni;
- Atteso che con la determina n. 454 del 06.07.2012 è stata nominata la Commissione Tecnica deputata alla valutazione di qualità delle offerte presentate dalle ditte concorrenti;
- Considerato che la suddetta Commissione ha fatto pervenire con nota prot. n. 98.162 del 16.10.2012 il verbale di valutazione tecnico-qualitativa, che si allega in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), e che viene conservato agli atti della S. S. D. Attrezzature Sanitarie, sede di Ivrea;
- Dato atto che si è quindi provveduto all'apertura delle offerte economiche, conservate presso la S.S.D. Attrezzature Sanitarie, come risulta da apposito verbale redatto in data 17.10.2012 e conservato anch'esso agli atti della Struttura, da cui si evince che i prezzi praticati sono i seguenti:

*MP*

DITTA	MODELLO	PREZZO OFFERTO
<b>TOPCON SRL</b> Offerta n. 06-12 del 11.06.2012	TRC-50DX.	Apparecchiatura Euro 22.301,08 Full risk totale 5 anni 6.913,35
<b>CARLZEISS SPA</b> Offerta n. GB20125683 del 30.05.2012	VISUCAM 500	Apparecchiatura Euro 29.500,00 Full risk totale 5 anni 12.210,00
<b>FRASTEMA OPHTHALMICS</b> Offerta n. 637 del 11.06.2012	CANON CX-1	NON CONFORME

- Considerato che si è quindi proceduto ad attribuire i punteggi previsti per le caratteristiche tecniche e per i prezzi offerti e che le risultanze sono sintetizzate nel sottostante prospetto:

DITTA	MODELLO	PREZZO OFFERTO	PUNTI QUALITA' (MAX 30)	PUNTI PREZZO (MAX 70)	TOTALE
TOPCON SRL	TRC-50DX.	Euro 29.214,43	30	70	100
CARLZEISS SPA	VISUCAM 500	Euro 41.710,00	12	49,03	61,03
FRASTEMA OPHTHALMICS	CANON CX-1		NON CONFORME		

- Atteso che dal suddetto prospetto si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base miglior rapporto qualità/prezzo è quella presentata dalla ditta TOPCON ITALIA – Viale delle Industria n. 60 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI);
- Ritenuto pertanto di acquistare dalla ditta TOPCON ITALIA, n. 1 sistema fluorangiografico TRC-50 DX codice 405949702 comprensivo di trasporto, installazione e collaudo al prezzo netto di Euro 22.301,08 oltre Iva di legge secondo la configurazione indicata nell'offerta n. 06-12 dell'11.06.2012;
- Preso atto che la spesa complessiva ammonta ad Euro 26.984,31 Iva di legge inclusa;
- Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Semplice Attrezzature Sanitarie in esecuzione deliberazione n. 1559 del 08 ottobre 2010 avente ad oggetto "Atto di organizzazione delle competenze della direzione generale e delle strutture gestionali in attuazione dell'atto aziendale e del piano di organizzazione dell'A.S.L. TO4".

#### DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi addotti in premessa, all'acquisto dalla ditta TOPCON ITALIA – Viale delle Industria n. 60 – 20037 PADERNO DUGNANO (MI) n. 1 sistema fluorangiografico TRC-50 DX codice 405949702 comprensivo di trasporto, installazione e collaudo al prezzo netto di Euro 22.301,08 oltre Iva di legge secondo la configurazione indicata nell'offerta n. 06-12 dell'11.06.2012- CIG. 4257950B7C;
2. Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 26.984,31 Iva di legge inclusa derivante dal presente provvedimento sarà imputato al centro di costo 1355050001.

*WSP*

SEGUE DETERMINAZIONE N. 757 DEL 12/11/2012


3. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 26.984.31 Iva di legge inclusa, derivante dal presente provvedimento afferisce allo stato patrimoniale 1.12.04.11 del bilancio 2012.
4. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.

Il Responsabile del Procedimento  
ex artt.5 - 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi


(Stefania GRIGOLETTO)




IL RESPONSABILE  
ASLTO4 - S.S.D. ATTREZZATURE SANITARIE  
DOTT.SSA MARGHERITA PERUCCA



N. proposta 776 del 22/10/2012

11 

Visto del Responsabile  
S.C. Economico-Finanziario  
(Rag. Maurizio FRANCHETTO)



Conto  
1.12.04.11

Importo  
26.984.31

Allegato ..... alla Determinazione



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

N° ..... 757 ..... del ..... 2/11/2012

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)  
Tel. +39 011.9176666  
Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)  
Tel. +39 0125.4141  
www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Sede : Ospedale Civile, Piazza Credenza 2 10015 IVREA

Nr. telefono: 0125/414349 - 331

Nr. fax: 0125/641516

E- mail: [pmasoero@aslto4.piemonte.it](mailto:pmasoero@aslto4.piemonte.it)

Ivrea, 16/10/2012

Prot. Nr. 98162

**Spett.le S.S. attrezzature Sanitarie**

**Att.ne Dott.ssa Perucca Margherita**

**Relazione gara d'appalto per la fornitura di n.1 sistema fluorangiografico per la S.C. Oculistica del P.O. di Ivrea**

In merito alla valutazione tecnica delle offerte pervenute al Servizio scrivente per la fornitura di n.1 sistema fluorangiografico per la S.C. Oculistica del P.O. di Ivrea, sono state effettuate le seguenti valutazioni:

- È stata valutata da parte del Servizio scrivente la congruità delle offerte pervenute rispetto alle caratteristiche essenziali descritte nel capitolato (allegato A).
- In data 20/09/2012 alle ore 13 si è riunita la commissione composta dal P.I. Pierangelo Masoero, dal Dott. Luca Belli e dalla Dott.ssa Maria Cristina Bosco. Il P.I. Pierangelo Masoero ha provveduto in tale data a comunicare agli altri componenti della commissione la valutazione di congruità e si è stabilito di valutare le apparecchiature in modo più dettagliato rispetto alle prestazioni tecniche dichiarate.


Sono state valutate le apparecchiature offerte con i seguenti risultati:

- Ditta Topcon s.r.l. – modello offerto TRC-50DX: l'apparecchiatura proposta è risultata avere ottime modalità di funzionamento e copertura angoli (con possibilità di integrazione dello storico degli esami acquisiti nel nuovo database), ottime tipologia e modalità di acquisizione immagini, un'ottima ergonomia e un'ottima assistenza tecnica.  
Punteggio modalità di funzionamento e copertura angoli: 8.  
Punteggio tipologia e modalità di acquisizione immagini: 10.  
Punteggio ergonomia complessiva del sistema: 5.  
Punteggio assistenza tecnica: 7.  
Punteggio totale assegnato: 30.

- Ditta Carl Zeiss s.p.a. – modello offerto Visucam 500: l'apparecchiatura proposta è risultata avere non sufficienti modalità di funzionamento e copertura angoli (difficile integrazione dell'archivio storico), sufficienti tipologia e modalità di acquisizione immagini (sensore acquisizione a inferiore risoluzione), un'ergonomia non sufficiente (dimensioni maggiori) e una sufficiente assistenza tecnica.  
Punteggio modalità di funzionamento e copertura angoli: 2.  
Punteggio tipologia e modalità di acquisizione immagini: 5.  
Punteggio ergonomia complessiva del sistema: 2.  
Punteggio assistenza tecnica: 3.  
Punteggio totale assegnato: 12.
- Ditta Frastema Ophthalmics s.r.l.– modello offerto Canon CX-1: l'apparecchiatura proposta risulta non conforme alle richieste del capitolato in quanto non rispondente alle caratteristiche e prestazioni essenziali: fluorangiografia ed esame con verde di indocianina (ICG) (tipologia di esame non effettuata dall'apparecchiatura).

Si dichiara conclusa la riunione alle 14:00.

Dott.sa Maria Cristina Bosco



Dott. Luca Belli



P.I. Pierangelo Masoero

