



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE**

**A.S.L. TO4**  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1354 DEL 22/11/2018**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELETTROBISTURI PER LA S.C. GASTROENTEROLOGIA DI CIRIÈ E CHIVASSO E LA SALA OPERATORIA DELL'OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI CHIVASSO. C.I.G. 748798725A. C.E. 01.12.04.23**

---

**Proponente: ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI**

**Numero di Proposta: 1447 del 20/11/2018**

---

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELETTROBISTURI PER LA S.C. GASTROENTEROLOGIA DI CIRIÈ E CHIVASSO E LA SALA OPERATORIA DELL'OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI CHIVASSO. C.I.G. 748798725A. C.E. 01.12.04.23

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Lorenzo ARDISSONE  
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

- Preso atto che con nota prot. n. 33540 dell'11/04/18, conservata agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, il Referente dell'Ufficio Ingegneria Clinica dell'ASL TO4 ha richiesto l'attivazione di una procedura di gara volta all'acquisizione di n. 5 elettrobisturi occorrenti alla S.O. dell'Ostetricia Ginecologia di Chivasso e alla S.C. Gastroenterologia di Ciriè e Chivasso, di cui 2 dotati di modulo ad argon;

- Dato atto che la fornitura in oggetto riguarda una categoria di prodotti non ricompresa nell'elenco di cui al DPCM del 24/12/2015 per il cui approvvigionamento è previsto che ci si avvalga in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A.;

- Preso atto che in riferimento alla fornitura in oggetto non è attualmente attiva alcuna convenzione della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, non sono attualmente attive convenzioni Consip aventi ad oggetto appalti comparabili;

- Evidenziato che sussistono i presupposti per procedere alla fornitura mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, in favore della ditta che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato dei parametri qualità/prezzo dei prodotti offerti;

- Preso atto che, l'art.7 comma 2 della legge 6.7.2012 n. 94 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52" prevede che "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

- Rilevato che in data 19/04/18 è stato pubblicato sul sito internet dell'ASL TO4 l'avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla RDO per la fornitura in oggetto;

- Preso atto che, con RDO n. 1953789 del 15/05/2018 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto, secondo le modalità previste nella lettera di invito prot. n. 43101 dell'11/05/18, le seguenti ditte:

- A.S.C.O.M. S.r.l.;
- B. Braun Milano S.p.A.;
- Conmed Italia S.r.l.;
- CS MED S.r.l.;
- Endotecnica S.r.l.;
- Johnson & Johnson Medical S.p.A.;
- M.G. Lorenzatto S.r.l.;

- Medtronic Italia S.p.A.;
  - Movi S.p.A.;
  - Multimed S.r.l.;
  - Polimed S.r.l.;
  - Tre T Medical S.r.l.;
- Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
- Movi S.p.A.;
  - Polimed S.r.l.;
- Preso atto che la disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti è risultata regolare e pertanto le offerte tecniche presentate sono state trasmesse alla Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione n. 796 del 21/06/18, per la valutazione qualitativa;
- Preso atto che con nota prot. n. 97983 dell'8/11/18 la Commissione Giudicatrice ha fatto pervenire il verbale di valutazione tecnica (All. A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che tutte e due le offerte sono state considerate idonee e pertanto ammesse alle successive fasi di gara;
- Preso atto che si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e dall'esame comparato qualità-prezzo, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Polimed S.r.l. come sintetizzato nel prospetto riepilogativo (All. B) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Polimed S.r.l. la fornitura di n. 4 elettrobisturi per utilizzo specifico in endoscopia digestiva ad € 21.500,00 oltre Iva, n. 2 moduli argon-plasma per endoscopia digestiva ad € 12.000,00 cad. oltre Iva e n. 1 elettrobisturi per utilizzo specifico in ostetricia e ginecologia ad € 27.000,00 oltre Iva per un importo complessivo di spesa di € 137.000,00 Iva esclusa;
- Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
- Richiamati l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente.
- Preso atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa.
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

## DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte.
2. Di affidare la fornitura di n. 5 elettrobisturi e n. 2 moduli argon-plasma da destinare alla S.O. dell'Ostetricia Ginecologia di Chivasso e alla S.C. Gastroenterologia di Ciriè e Chivasso alla ditta Polimed S.r.l. - P.I. 01564570065 – Via dei Mille n. 7 – 15025 Morano sul Po (AL), per un importo complessivo di spesa di € 137.000,00 + IVA 22% € 30.140,00 per un totale di € 167.140,00.
3. Di dare atto che la S.C. Gestione Economico Finanziaria ha accertato e certificato che la spesa complessiva di € 167.140,00 Iva compresa derivante dal presente provvedimento trova sufficiente copertura nel budget del conto 01.12.04.23 per l'anno 2018 ed è prevista nel Piano Investimenti 2018 approvato con Deliberazione n. 131 del 31/01/18 con i codici di riferimento A170 – A171.
4. Di dare atto che l'importo complessivo di € 167.140,00 IVA di legge inclusa, derivante dal presente provvedimento, sarà imputato ai Centri di Costo di seguito indicati:
  - S.O. Ostetricia Ginecologia di Chivasso CDC 1554125201 per € 32.940,00 Iva compresa;
  - S.C. Gastroenterologia di Ciriè CDC 1161040401 per € 67.100,00 Iva compresa;
  - S.C. Gastroenterologia di Chivasso CDC 1164040401 per € 67.100,00 Iva compresa;
5. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.
7. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante l'urgenza di acquistare gli elettrobisturi in oggetto.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
A.S.L. TO4  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1354 DEL 22/11/2018**

**AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELETTROBISTURI PER LA S.C.  
GASTROENTEROLOGIA DI CIRIÈ E CHIVASSO E LA SALA OPERATORIA  
DELL'OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI CHIVASSO. C.I.G. 748798725A. C.E.  
01.12.04.23**

---

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 22/11/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10  
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
ESECUTIVA DAL 22/11/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente  
da....., composta da n. .... (.....) fogli/facciate  
Chivasso, il .....

Il Referente incaricato

.....

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI*

*FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO*

*CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO*

*ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE*

*CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione*

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI  
PER LE SS.CC. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DI CIRIÈ E CHIVASSO E LA S.C.  
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI CHIVASSO.**

**Verbale**

L'anno duemiladiciotto, nel giorno 9 luglio, alle ore 10,00, presso la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. di Ciriè, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 796 del 21/06/18 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura di n. 5 elettrobisturi da destinare alle SS.CC. Endoscopia Digestiva di Ciriè e Chivasso e alla S.C. Ostetricia e Ginecologia di Chivasso.

La Commissione risulta così composta:

- Presidente – Dr. Franco Coppola – Direttore S.C. Gastroenterologia  
 Commissario – Dr. Fabrizio Bogliatto – Responsabile S.S.D. Consultori  
 Commissario – P.I. Pierangelo Masoero – Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

La suddetta Commissione prende atto di quanto segue:

- risultano pervenute le offerte delle ditte Movi S.p.A. e Polimed S.r.l.
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato, per l'intero lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:
  - offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 30 punti;
  - offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 70 punti,
 I punti disponibili per il parametro "caratteristiche tecnico-qualitative" saranno attribuiti, tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati:

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI MAX 70
<b>Caratteristiche funzionali del dispositivo</b> <i>Sottoparametri:</i>	<b>25 punti</b>
----- Generatore	----- 10 punti
----- Sistemi di sicurezza e possibilità di integrare ulteriori dispositivi:	----- 10 punti
----- Modulo argon	----- 5 punti

<b>Valutazioni cliniche – Prova pratica</b> <i>Sottoparametri:</i>	<b>25 punti</b>
Correnti dedicate all'endoscopia digestiva oppure sintesi dei vasi:	10 punti
Modalità correnti argon	10 punti
Correnti per resezione bipolare e conizzazione	5 punti
<b>Ergonomia complessiva</b>	<b>15 punti</b>
<b>Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica:</b> (tempo intervento su richiesta per intervento manutentivo, tempo di risoluzione guasto, modalità e tempi di eventuale sostituzione)	<b>5 punti</b>

Viene stabilita una soglia minima di qualità, calcolata prima della riparametrazione, pari a 36 punti su 70, pertanto, le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di 36 non potranno essere ammesse alle successive fasi di gara.


Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente di valutazione</b>
inadeguato	0,00
parzialmente inadeguato	0,30
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,85
ottimo	1,00

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicatrice procede all'esame delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo.

Dopo un'attenta analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti, la Commissione Giudicatrice ritiene opportuno effettuare delle sessioni di prova, per un periodo di almeno 7 giorni, al fine di verificare qualitativamente le prestazioni rese dalle apparecchiature offerte.

La seduta viene sospesa alle ore 12,00 e rinviata a una data da definirsi dopo l'avvenuta effettuazione delle sessioni di prova delle apparecchiature.


  
 2  
 AB

In data 02/10/18 alle ore 14,00 presso la sala riunioni della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ciriè la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa, regolarmente costituita, riprende i lavori di valutazione dopo aver effettuato le sessioni di prova e provvede all'attribuzione dei punteggi messi a disposizione per le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base dei criteri stabiliti come risulta dalla tabella comparativa allegata.



La riunione viene sciolta alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dr. Franco Coppola


Dr. Fabrizio Bogliatto

P.I. Pierangelo Masoero




3

Fornitore	MOVI	POLIMED
Modello e configurazione	ARC 400	VIO 3
<b>Caratteristiche funzionali del dispositivo</b>	<b>16,5 punti</b>	<b>25 punti</b>
<b>25 punti</b>		
<b>Sottoparametri:</b> Generatore 10 punti	<b>Sottoparametri:</b> Sufficiente modalità di sintesi dei vasi. 2 microprocessori di controllo di impedenza tissutale. 6 punti	<b>Sottoparametri:</b> Ottima modalità di sintesi dei vasi. 15 microprocessori di controllo di impedenza tissutale. 10 punti -
Sistemi di sicurezza e possibilità di integrare ulteriori dispositivi 10 punti	Discreta soglia di controllo della placca a 300 Ohm 7 punti	Ottima soglia di controllo della placca a 120 Ohm 10 punti
Modulo argon 5 punti	Discreta selezione delle correnti di lavoro 3,5 punti	Ottima selezione delle correnti di lavoro 5 punti
<b>Valutazioni cliniche - Prova praticate</b>		
<b>25 punti</b>	<b>13,5 punti</b>	<b>25 punti</b>
<b>Sottoparametri:</b>	<b>Sottoparametri:</b>	<b>Sottoparametri:</b>
Correnti dedicate all'endoscopia digestiva oppure sintesi dei vasi 10 punti	Sufficiente gestione delle correnti di sintesi dei vasi 6 punti	Ottima gestione delle correnti di sintesi dei vasi 10 punti
Modalità correnti argon 10 punti	Sufficiente gestione delle correnti di sintesi dei vasi in modalità argon 6 punti	Ottima gestione delle correnti di sintesi dei vasi in modalità argon 10 punti
Correnti per resezione bipolare e conizzazione 5 punti	Correnti per conizzazioni parzialmente inadeguate 1,5 punti	Correnti per conizzazioni ottime 5 punti



Fornitore	MOVI	POLIMED
Modello e configurazione	ARC 400	VIO 3
<u>Ergonomia complessiva</u> <u>15 punti</u>	Sufficiente ergonomia nell'inserimento del manipolo (laterale). Selezione programmi con touch screen capacitivo  <b>9 punti</b>	Ottima ergonomia nell'inserimento del manipolo (frontale). Selezione programmi con icone a trascinamento.  <b>15 punti</b>
<u>Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica:</u> (tempo intervento su richiesta per intervento manutentivo, tempo di risoluzione guasto, modalità e tempi di eventuale sostituzione) <u>5 punti</u>	Ottimo	Ottimo
Totale punteggio tecnico (max 70 punti)	<b>44 PUNTI</b>	<b>70 PUNTI</b>



DITTE FORNITRICI	MOVI	POLIMED
<b>ELETTROBISTURI PER LE SS.CC. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DI CIRIE' E CHIVASSO E LA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI CHIVASSO.</b>		
<b>Punteggio qualità (minimo 36 punti)</b>	44,00	<b>70,00</b>
<b>Prezzo complessivo</b>	94.466,90	<b>137.000,00</b>
<b>Punteggio prezzo</b>	30,00	<b>20,69</b>
<b>TOTALE</b>	74	<b>90,69</b>