



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1231 DEL 25/10/2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI POMPE A SIRINGA PER LE SS.CC.
ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI IVREA E CHIVASSO. C.I.G. Z582387548. C.E.
01.12.04.23**

Proponente: ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 1295 del 17/10/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI POMPE A SIRINGA PER LE SS.CC. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI IVREA E CHIVASSO. C.I.G. Z582387548. C.E. 01.12.04.23

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

Preso atto che con nota prot. n. 33750 del 12/04/18, conservata agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, il Referente dell'Ufficio Ingegneria Clinica dell'ASL TO4 ha richiesto l'attivazione di una procedura di gara volta all'acquisizione di pompe a siringa per le SS.CC. Anestesia e Rianimazione di Ivrea e Chivasso e destinate alle Sale Operatorie;

Dato atto che la fornitura in oggetto riguarda una categoria di prodotti non ricompresa nell'elenco di cui al DPCM del 24/12/2015 per il cui approvvigionamento è previsto che ci si avvalga in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A.;

Preso atto che in riferimento alla fornitura in oggetto non è attualmente attiva alcuna convenzione della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, non sono attualmente attive convenzioni Consip aventi ad oggetto appalti comparabili;

Evidenziato che sussistono i presupposti per procedere alla fornitura mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, in favore della ditta che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato dei parametri qualità/prezzo dei prodotti offerti;

Preso atto che, l'art.7 comma 2 della legge 6.7.2012 n.94 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012 n.52" prevede che "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Rilevato che in data 19/04/18 è stato pubblicato sul sito internet dell'ASL TO4 l'avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla RDO per la fornitura in oggetto;

Preso atto che, con RDO n. 1958299 del 18/05/2018 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto, secondo le modalità previste nella lettera di invito prot. n. 42855 dell'11/05/18, le seguenti ditte:

- Alea S.a.s.;
- B.Braun Milano S.p.A.;
- Becton Dickinson Italia S.p.A.;
- BMC TEC S.r.l.;
- Codan S.r.l.;
- Fresenius Kabi Italia S.r.l.;
- Seda S.p.A.;
- Selear S.r.l.;

Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- Alea S.a.s.;
- Codan S.r.l.;
- Fresenius Kabi Italia S.r.l.
- B.Braun Milano S.p.A.;
- Becton Dickinson Italia S.p.A.

Preso atto che la disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti è risultata regolare e pertanto le offerte tecniche presentate sono state trasmesse alla Commissione Giudicatrice, nominata con nota del Direttore Generale prot. n. 56738 del 22/06/18, per la valutazione qualitativa;

Preso atto che con nota prot. n. 90806 del 17/10/18 la Commissione Giudicatrice ha fatto pervenire il verbale di valutazione tecnica (All. A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che tutte le offerte sono state considerate idonee e pertanto ammesse alle successive fasi di gara;

Preso atto che si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e dall'esame comparato qualità-prezzo, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta B.Braun Milano S.p.A. come sintetizzato nel prospetto riepilogativo (All. B) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta B.Braun Milano S.p.A. la fornitura di n. 12 pompe a siringa per impiego in terapia intensiva/sala operatoria ad € 1.200,00 cad. oltre Iva e n. 4 pompe a siringa per impiego specifico in procedure di anestesia ad € 1.500,00 cad. oltre Iva per un importo complessivo di spesa di € 20.400,00 Iva esclusa;

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;

Richiamati l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Preso atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte.
2. Di affidare la fornitura di pompe a siringa per le SS.CC. Anestesia e Rianimazione di Ivrea e Chivasso alla ditta B.Braun Milano S.p.A. - P.I. 00674840152 – Via Vincenzo da Seregno n. 14 – 20161 Milano, per un importo complessivo di spesa di € 20.400,00 + IVA 22% € 4.488,00 per un totale di € 24.888,00.
3. Di dare atto che la S.C. Gestione Economico Finanziaria ha accertato e certificato che la spesa complessiva di € 24.888,00 Iva compresa derivante dal presente provvedimento trova sufficiente copertura nel budget del conto 01.12.04.23 per l'anno 2018 ed è prevista nel Piano Investimenti 2018 approvato con Deliberazione n. 131 del 31/01/18 con i codici di riferimento A294 – A295.
4. Di dare atto che l'importo complessivo di € 24.888,00 IVA di legge inclusa, derivante dal presente provvedimento, sarà imputato ai Centri di Costo di seguito indicati:
Sala Operatoria P.O. di Ivrea CDC 1565120701 per € 15,372,00 Iva compresa;
Sala Operatoria P.O. di Chivasso CDC 1554120701 per € 9.516,00 Iva compresa.
5. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”.
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.
7. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante l'urgenza di acquistare le pompe a siringa in oggetto.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1231 DEL 25/10/2018

**AFFIDAMENTO FORNITURA DI POMPE A SIRINGA PER LE SS.CC. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE DI IVREA E CHIVASSO. C.I.G. Z582387548. C.E. 01.12.04.23**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 25/10/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 25/10/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

ZAMMUTO MARIA - il responsabile della pubblicazione

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI POMPE A SIRINGA
PER LE SS.CC. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI IVREA E CHIVASSO.**

Verbale

L'anno duemiladiciotto, nel giorno 10 luglio, alle ore 14,00, presso la Sala Riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Chivasso, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con nota Prot. 56738 del 22/06/18 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura di pompe a siringa da destinare alle SS.CC. Anestesia e Rianimazione di Ivrea e Chivasso.

La Commissione risulta così composta:

Presidente – Dr. Enzo Castenetto – Direttore DEA ASL TO4

Commissario – Dr. Bruno Scapino – Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione
P.O. di Ivrea

Commissario – P.I. Pierangelo Masoero – Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

La suddetta Commissione prende atto di quanto segue:

- risultano pervenute le offerte delle ditte Codan S.r.l., Alea S.a.s., Becton Dickinson Italia S.p.A., Fresenius Kabi Italia s.r.l. e B.Braun Milano S.p.A.;
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato, per l'intero lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:
 - offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 30 punti;
 - offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 70 punti,

I punti disponibili per il parametro "caratteristiche tecnico-qualitative" saranno attribuiti, tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati:

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI MAX 70
Caratteristiche tecniche e prestazionali del sistema	25 punti
Modalità impostazioni protocolli infusione farmaci	20 punti
Ergonomia funzionale del sistema	20 punti
Caratteristiche migliorative	5 punti

Viene stabilita una soglia minima di qualità, calcolata prima della riparametrazione, pari a 36 punti su 70, pertanto, le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di 36 non potranno essere ammesse alle successive fasi di gara.

Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

Giudizio	Coefficiente di valutazione
inadeguato	0,00
parzialmente inadeguato	0,30
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,85
ottimo	1,00

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicatrice procede all'esame delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo.

Dopo un'attenta analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti, la Commissione Giudicatrice ritiene opportuno verificare ed esaminare il funzionamento delle pompe a siringa attraverso delle sedute dimostrative della durata di 30 minuti da effettuarsi il giorno 20/07/18 a partire dalle ore 9:00.

La seduta viene sospesa alle ore 15,30 e rinviata al giorno 20/07/18 al termine della presentazione delle apparecchiature.

In data 20/07/18 alle ore 12,00 presso la Sala Riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Chivasso la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa, regolarmente costituita, riprende i lavori di valutazione dopo aver assistito alle sedute dimostrative e provvede all'attribuzione dei punteggi messi a disposizione per le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base dei criteri stabiliti come risulta dalla tabella comparativa allegata.


La riunione viene sciolta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dr. Enzo Castenetto

Dr. Bruno Scapino

P.I. Pierangelo Masoero



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The first signature is 'Enzo Castenetto', the second is 'Bruno Scapino', and the third is 'Pierangelo Masoero'. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

Fornitore	CODAN	ALEA	BD	FRESENIUS	B.BRAUN
Modello e configurazione					
<u>Caratteristiche tecniche e prestazionali del sistema</u> (max 25 punti)	velocità: max 1500 ml/h con incr. 0,1 ml/h 15 punti (sufficiente)	velocità: max 1500 ml/h con incr. 0,1 ml/h 15 punti (sufficiente)	velocità: max 1200 ml/h con incr. 0,1 ml/h 15 punti (sufficiente)	velocità: max 1200 ml/h con incr. 0,1 ml/h fino a 9,99 ml/h 0,1 ml/h fino 99,9 ml/h 1 ml/h fino a 1200 ml/h 15 punti (sufficiente)	Velocità: max 10000 ml/h con incr. 0,01 ml/h fino a 99,99 ml/h 0,1 ml/h fino 999,9 ml/h 1 ml/h fino a 10000 ml/h. Maggior facilità d'uso. 25 punti (ottimo)
<u>Modalità impostazioni protocolli infusione farmaci</u> (max 20 punti)	Presenza di tutti i protocolli d'infusione dei farmaci con impostazione sufficiente 12 punti (sufficiente)	Presenza di tutti i protocolli d'infusione dei farmaci con impostazione discreta 14 punti (discreto)	Presenza di tutti i protocolli d'infusione dei farmaci con impostazione discreta 14 punti (discreto)	Presenza di tutti i protocolli d'infusione dei farmaci con impostazione discreta 14 punti (discreto)	Presenza di tutti i protocolli d'infusione dei farmaci con impostazione discreta e con protocollo PCA per la terapia antalgica 20 punti (ottimo)
<u>Ergonomia funzionale del sistema</u>	Ergonomia funzionale sufficiente 12 punti (sufficiente)	Ergonomia funzionale sufficiente 12 punti (sufficiente)	Ergonomia funzionale sufficiente 12 punti (sufficiente)	Ergonomia funzionale sufficiente 12 punti (sufficiente)	Ergonomia funzionale ottima ma alimentatore esterno anziché incorporato. Valutazione sufficiente 12 punti (sufficiente)
<u>Caratteristiche migliorative</u> (max 5 punti)	Nessuna. 0 punti	Nessuna. 0 punti	Nessuna. 0 punti	Nessuna. 0 punti	Nessuna. 0 punti
Totale punteggio tecnico (max 70 punti)	39 PUNTI	41 PUNTI	41 PUNTI	41 PUNTI	57 PUNTI





DITTE FORNITRICI	ALEA	B.BRAUN MILANO	BECTON DICKINSON ITALIA	CODAN	FRESENIUS KABI ITALIA
POMPE A SIRINGA					
Punteggio qualità (minimo 36 punti)	41,00	57,00	41,00	39,00	41,00
Punteggio qualità riparametrato	50,35	70,00	50,35	47,89	50,35
Prezzo complessivo	13.540,00	20.400,00	13.100,00	17.661,20	13.400,00
Punteggio prezzo	29,03	19,26	30,00	22,25	29,33
TOTALE	79,38	89,26	80,35	70,14	79,68