



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1371 DEL 28/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA ELETTROMIOGRAFICO CON POTENZIALI EVOCATI DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO. C.I.G. Z40237FA23. C.E. 01.12.04.23

Proponente: ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 1457 del 21/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA ELETTROMIOGRAFICO CON POTENZIALI EVOCATI DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO. C.I.G. Z40237FA23. C.E. 01.12.04.23

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

- Preso atto che con nota prot. n. 30652 del 03/04/18, conservata agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, il Referente dell'Ufficio Ingegneria Clinica dell'ASL TO4 ha richiesto l'attivazione di una procedura di gara volta all'acquisizione di un sistema elettromiografico con potenziali evocati da destinare all'ambulatorio di Neurofisiopatologia del P.O. di Chivasso;
- Dato atto che la fornitura in oggetto riguarda una categoria di prodotti non ricompresa nell'elenco di cui al DPCM del 24/12/2015 per il cui approvvigionamento è previsto che ci si avvalga in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A.;
- Preso atto che in riferimento alla fornitura in oggetto non è attualmente attiva alcuna convenzione della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, non sono attualmente attive convenzioni Consip aventi ad oggetto appalti comparabili;
- Evidenziato che sussistono i presupposti per procedere alla fornitura mediante procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, in favore della ditta che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'esame comparato dei parametri qualità/prezzo dei prodotti offerti;
- Preso atto che, l'art.7 comma 2 della legge 6.7.2012 n.94 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52" prevede che "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;
- Rilevato che in data 11/04/18 è stato pubblicato sul sito internet dell'ASL TO4 l'avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla RDO per la fornitura in oggetto;
- Preso atto che, con RDO n. 1954319 del 15/05/2018 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto, secondo le modalità previste nella lettera di invito prot. n. 41993 del 09/05/18, le seguenti ditte:
 - E.M.S. S.r.l.;
 - EB Neuro S.p.A.;
 - Gea Soluzioni S.r.l.;
 - Medigas Italia S.r.l.;
 - Medimar S.r.l.;
 - Micromed S.p.A.;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- SO.E.M. Medical S.r.l.;
 - Synopo S.p.A.;
- Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 - EB Neuro S.p.A.;
 - Micromed S.p.A.;
 - SO.E.M. Medical S.r.l.;
 - Synopo S.p.A.;
 - Preso atto che la disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti è risultata regolare e pertanto le offerte tecniche presentate sono state trasmesse alla Commissione Giudicatrice, nominata con nota del Direttore Generale prot. n. 56733 del 22/06/18, per la valutazione qualitativa;
 - Preso atto che con nota prot. n. 97985 dell'8/11/18 la Commissione Giudicatrice ha fatto pervenire il verbale di valutazione tecnica (All. A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che tutte le offerte sono state considerate idonee e pertanto ammesse alle successive fasi di gara;
 - Preso atto che si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e dall'esame comparato qualità-prezzo, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta EB Neuro S.p.A. come sintetizzato nel prospetto riepilogativo (All. B) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
 - Rilevato che ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si è provveduto a richiedere alla ditta EB Neuro S.p.A. con nota prot. n. 102493 del 21/11/2018 giustificazioni in merito all'offerta anormalmente bassa e che la stessa, con nota prot. n. 103802 del 26/11/2018 conservata agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi sede di Ciriè, ha fatto pervenire le spiegazioni ritenute utili ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 50/2016, e che le motivazioni addotte sono state ritenute congrue ai fini della valutazione dell'offerta anormalmente bassa come si evince dal verbale redatto in data 26/11/2018 e conservato agli atti della struttura proponente;
 - Ritenuto pertanto di affidare alla ditta EB Neuro S.p.A. la fornitura di un sistema elettromiografico con potenziali evocati da destinare all'ambulatorio di Neurofisiopatologia del P.O. di Chivasso per un importo complessivo di spesa di € 20.650,00 Iva esclusa;
 - Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;
 - Richiamati l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;
 - Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

- Preso atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa.
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte.
2. Di affidare la fornitura di un sistema elettromiografico con potenziali evocati da destinare all'ambulatorio di Neurofisiopatologia del P.O. di Chivasso alla ditta EB Neuro S.p.A. - P.I. 04888840487 – Via P. Fanfani 97/A – 50127 Firenze, per un importo complessivo di spesa di € 20.650,00 + IVA 22% € 4.543,00 per un totale di € 25.193,00.
3. Di dare atto che la S.C. Gestione Economico Finanziaria ha accertato e certificato che la spesa complessiva di € 25.193,00 Iva compresa derivante dal presente provvedimento trova sufficiente copertura nel budget del conto 01.12.04.23 per l'anno 2018 ed è prevista nel Piano Investimenti 2018 approvato con Deliberazione n. 131 del 31/01/18 con il codice di riferimento A87.
4. Di dare atto che l'importo complessivo di € 25.193,00 IVA di legge inclusa, derivante dal presente provvedimento, sarà imputato all'ambulatorio di Neurofisiopatologia del P.O. di Chivasso CDC 1324040401.
5. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".
6. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.
7. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante l'urgenza di acquistare il sistema elettromiografico in oggetto.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1371 DEL 28/11/2018

**AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA ELETTROMIOGRAFICO CON
POTENZIALI EVOCATI DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO. C.I.G. Z40237FA23. C.E. 01.12.04.23**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 29/11/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 28/11/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA
ELETTROMIOGRAFICO CON POTENZIALI EVOCATI DA DESTINARE
ALL'AMBULATORIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI CHIVASSO.**

Verbale

L'anno duemiladiciotto, nel giorno 17 luglio, alle ore 10,00, presso la S.S. Neurologia di Chivasso, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. 56733 del 22/06/18 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura di un sistema elettromiografico con potenziali evocati da destinare all'ambulatorio di Neurofisiopatologia del P.O. di Chivasso.

La Commissione risulta così composta:

Presidente – Dr. Massimo Barra – Responsabile S.S. Neurologia di Chivasso

Commissario – P.I. Pierangelo Masoero – Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

Commissario – Dott.ssa Federica Querio – Coll.Prof.le Tecnico di Neurologia di Chivasso

La suddetta Commissione prende atto di quanto segue:

- risultano pervenute le offerte delle ditte Micromed S.p.A., EB Neuro S.p.A., Synopo S.p.A. e SO.E.M. Medical S.r.l.
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato, per l'intero lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:
 - offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 30 punti;
 - offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 70 punti,

I punti disponibili per il parametro "caratteristiche tecnico-qualitative" saranno attribuiti, tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati:

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI MAX 70
Caratteristiche tecnico prestazionali	
<i>Sottoparametri:</i>	30 punti
Numero di canali, modalità di amplificazione, stimolatore elettrico	15 punti
Software di gestione, analisi e refertazione, sistema di archiviazione	15 punti
Ergonomia	20 punti
<i>Sottoparametri:</i>	



Caratteristiche del carrello, tastiera di controllo e comando movimentazione della testina	8 punti
Modalità di inserimento elettrodi	6 punti
Modalità di visualizzazione referto	6 punti
Caratteristiche migliorative	10 punti
Condizioni di garanzia e assistenza manutentiva	10 punti

Viene stabilita una soglia minima di qualità, calcolata prima della riparametrazione, pari a 36 punti su 70, pertanto, le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di 36 non potranno essere ammesse alle successive fasi di gara.


Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

Giudizio	Coefficiente di valutazione
inadeguato	0,00
parzialmente inadeguato	0,30
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,85
ottimo	1,00

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicatrice procede all'esame delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo.

Dopo un'attenta analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti, la Commissione Giudicatrice ritiene opportuno effettuare delle sessioni di prova di almeno una settimana per ditta al fine di verificare qualitativamente le prestazioni rese dalle apparecchiature offerte.

La seduta viene sospesa alle ore 12,00 e rinviata a una data da definirsi dopo l'avvenuta effettuazione delle sessioni di prova delle apparecchiature.



In data 10/10/18 alle ore 12,00 presso la S.S. Neurologia di Chivasso la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa, regolarmente costituita, riprende i lavori di valutazione dopo aver effettuato le sessioni di prova e provvede all'attribuzione dei punteggi messi a disposizione per le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base dei criteri stabiliti come risulta dalla tabella comparativa allegata.



La riunione viene sciolta alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dr. Massimo Barra

P.I. Pierangelo Masoero

Dr.ssa Federica Querio



Fornitore	MICROMED	EB NEURO	SYNOPO	SO.E.M.
Modello e configurazione	MYOQUICK DT MX09	NEMUS 2 - 600	KEYPOINT FOCUS - D6EMGEP	NEUROPACK X1 MEB 2300
<u>Caratteristiche tecnico prestazionali</u>				
30 punti	13,5 punti	30 punti	18 punti	15 punti
<i>Sottoparametri:</i>				
Numero di canali, modalità di amplificazione, stimolatore elettrico 15 punti	Parzialmente inadeguato. (alimentazione a batteria) 4,5 punti	Connessione bluetooth (no cavi di connessione) con possibilità di stimolazione a distanza. Ottimo 15 punti	Eccessivo numero di pulsanti sullo stimolatore. Poco agevole lo stimolo dallo stimolatore. Sufficiente. 9 punti	Modalità di amplificazione disturbata. Parzialmente inadeguato. 4,5 punti
Software di gestione, analisi e refertazione, sistema di archiviazione 15 punti	Analisi e refertazione sufficiente. Difficoltà di confronto acquisizione dx e sx. 9 punti	Ottima gestione dell'analisi e refertazione con possibilità di confronto in tempo reale dell'acquisizione dx e sx. 15 punti	Analisi e refertazione sufficiente. Difficoltà di confronto acquisizione dx e sx. Report potenziali evocati di difficile interpretazione. 9 punti	Discreta analisi e refertazione. Settaggio dell'acquisizione dx e sx a inizio esame. Doppia conferma per salvataggio dati. 10,5 punti
<u>Ergonomia</u>				
20 punti	13,5 punti	20 punti	12,6 punti	16,7 punti
<i>Sottoparametri:</i>				
Caratteristiche del carrello, tastiera di controllo e comando movimentazione della testina 8 punti	Eccessive dimensioni di ingombro del carrello (80x80x120) e peso eccessivo (70 kg). Fragilità percepita della tastiera di controllo. Parzialmente inadeguato. 2,4 punti	Caratteristiche del carrello ed ergonomia ottime. 8 punti	Tastiera di controllo di vecchia concezione. Sufficiente 4,8 punti	Carrello poco maneggevole (75 kg) Discreto 5,6 punti
Modalità di inserimento elettrodi 6 punti	Ottima modalità di inserimento elettrodi 6 punti	Ottima modalità di inserimento elettrodi 6 punti	Ottima modalità di inserimento elettrodi 6 punti	Ottima modalità di inserimento elettrodi 6 punti
Modalità di visualizzazione referto 6 punti	Buona visualizzazione delle tracce. 5,1 punti	Ottima visualizzazione e immediato confronto tra le tracce 6 punti	Modalità di visualizzazione parzialmente inadeguato. Difficile interpretazione dx e sx dei potenziali evocati 1,8 punti	Buona visualizzazione delle tracce. 5,1 punti

Fornitore	MICROMED	EB NEURO	SYNOPO	SO.E.M.
Modello e configurazione	MYOQUICK DT MX09	NEMUS 2 - 600	KEYPOINT FOCUS - D6EMGEP	NEUROPACK X1 MEB 2300
<u>Caratteristiche migliorative</u> 10 punti	Nessuna. 0 punti	Tastiera bluetooth. Capacità di adeguamento a distanza schermo-paziente nell'esame potenziali evocati visivi 10 punti	Nessuna. 0 punti	Nessuna. 0 punti
<u>Condizioni di garanzia e assistenza manutentiva</u> 10 punti	36 mesi di garanzia 10 punti	24 mesi di garanzia 8,5 punti	36 mesi di garanzia 10 punti	24 mesi di garanzia 8,5 punti
Totale punteggio tecnico (max 70 punti)	37 PUNTI	68,5 PUNTI	40,6 PUNTI	40,2 PUNTI

DITTE FORNITRICI	MICROMED	EB NEURO	SYNOPO	SO.E.M.
SISTEMA ELETTROMIOGRAFICO				
Punteggio qualità (minimo 36 punti)	37,00	68,50	40,60	40,20
Punteggio qualità riparametrato	37,81	70,00	41,49	41,08
Prezzo complessivo	20.900,00	20.650,00	31.871,00	25.565,00
Punteggio prezzo	29,64	30,00	19,44	24,23
TOTALE	67,45	100	60,93	65,31