



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

**ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E
SERVIZI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PELLEGRINETTI UGO**

N. 479 DEL 14/06/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI STRUMENTALI
PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE
(VES) OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'ASLTO4 - PERIODO
15/06/2022 - 14/06/2025 - RDO 2977060 - CIG.9139024130- IMPORTO 45.091,20 CONTO
ECONOMICO 3.10.01.07 - ANNI 2022/2023/2024/2025 - CDC DIVERSI**

AFFIDAMENTO FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI STRUMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES) OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'ASLTO4 - PERIODO 15/06/2022 - 14/06/2025 - RDO 2977060 - CIG.9139024130- IMPORTO 45.091,20 CONTO ECONOMICO 3.10.01.07 - ANNI 2022/2023/2024/2025 - CDC DIVERSI

IL DIRIGENTE
ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI
PELLEGRINETTI UGO

Rilevata ed accertata la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di “analizzatori per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione su campioni di sangue venoso completi di materiale di consumo”, per l’effettuazione di n. 120.000 test per tre anni mediante gara a procedura negoziata da espletarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Considerato che la fornitura in oggetto riguarda una categoria di prodotti non ricompresa nell’elenco di cui al DPCM del 24/12/2015 per il cui approvvigionamento è previsto che ci si avvalga in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP SpA;

Evidenziato che in riferimento alla fornitura in oggetto non è attualmente attiva alcuna convenzione della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall’art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, non sono attualmente attive convenzioni Consip aventi ad oggetto appalti comparabili;

Preso atto che, l’art. 7 comma 2 della legge 6.7.2012 n. 94 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52” prevede che “...le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328...” (del DPR 207/2010);

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all’acquisto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Decreto Legislativo 50/2016, cioè a favore dell’Impresa che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggi 70/30);

Preso atto che in data 21/02/2022 è stato pubblicato sul sito dell’ASL TO4 l’avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla RDO per la fornitura di “analizzatori per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione su campioni di sangue venoso completi di materiale di consumo” per l’effettuazione di n. 120.000 test per tre anni;

Preso atto che, con RDO (Richiesta D’Offerta) n.2977060 del 14/03/2022 del 26/01/2022 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto entro il 28/03/2022, secondo le modalità previste nella lettera di invito, prot. n. 29964 del 14/03/2022 le ditte:

ALIFAX SRL – Via Petrarca n.2/1 - Polverara (PD)

DASIT Spa - Via Merendi 22 - Cornaredo (MI)

DIESSE Diagnostica Senese Spa – Via A. Solari 19 – MILANO

Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste, risulta pervenuta, sulla piattaforma ME.PA l’ offerta della ditta:

DIESSE Diagnostica Senese Spa – Via A. Solari 19 – MILANO

Preso atto che con verbale del 30/05/2022 è stato espresso il punteggio di qualità dalla Commissione Aggiudicatrice nominata con deliberazione n. 470 del 20/05/2022, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A);

Considerato che le condizioni di offerta della ditta sono le seguenti:

- Sistema analitico strumentale per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (VES) per il Laboratorio Analisi dell'ASLTO4 per 36 mesi:

n. 2 Analizzatori nuovi e di ultima generazione mod. VES MATIC 5, per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione su campioni di sangue venoso di cui uno con capacità oraria di 200 determinazioni /ora e caricamento in continuo. Un secondo strumento di backup anche con caratteristiche differenti e relativo collegamento ad HOST tramite switch meccanico completi di materiale di consumo per l'effettuazione di n.120.000 test in 36 mesi, al costo di € 0,308 cad oltre IVA 22%;

Considerato pertanto di aggiudicare la fornitura come sopra indicato per un totale di € 36.960,00 oltre IVA 22% alla ditta DIESSE Diagnostica Senese Spa – Via A. Solari 19 – MILANO;

Dato atto che il Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi con la proposta del presente atto attesta che la spesa complessiva di Euro € 45.090,20 IVA 22% compresa sarà imputata sul C.E. 3.10.01.07 dei bilanci relativi agli anni 2022/2023/2024/2025 per i seguenti importi e trova disponibilità nel budget tecnico provvisorio assegnato alla Struttura proponente rispettivamente per Euro 8.141,20 per l'anno 2022 e per gli anni successivi come sotto riportato nei budget che verranno assegnati:

anno 2023 - € 15.030,00

anno 2024 - € 15.030,00

anno 2025 - € 6.889,00

Considerato che da un'analisi sui costi sostenuti negli anni precedenti, ovvero:

Speso anno 2019: Euro 12.300,00

Speso anno 2020: Euro 12.900,00

Speso anno 2021: Euro 14.900,00

si evince che gli anni 2020 / 2021 sono stati anni caratterizzati da una scarsa rappresentatività in termini di linearità nei consumi, in quanto l'emergenza Covid ha modificato i normali flussi di lavoro, subendo una variazione rispetto al normale carico di lavoro;

Dato altresì atto che la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile della S.C. Gestione Economico-Finanziaria vale altresì come verifica della copertura finanziaria del budget suddetto rispetto alla spesa quantificata con il presente provvedimento;

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;

Richiamati l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Richiamato l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e l'art. 23 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013;

Considerato che la presente determinazione compete al Direttore della Struttura Complessa Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'adozione degli atti e dei provvedimenti dell'ASL TO4".

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di affidare da fornitura di analizzatori per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione su campioni di sangue venoso completi di materiale di consumo per l'effettuazione di n. 120.000 test per tre anni, alle condizioni che qui si intendono integralmente trascritte;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro € 45.090,20 IVA 22% compresa sarà imputata sul C.E. 3.10.01.07 dei bilanci relativi agli anni 2022/2023/2024/2025 per i seguenti importi e trova disponibilità nel budget tecnico provvisorio assegnato alla Struttura proponente rispettivamente per Euro 8.141,20 per l'anno 2022 e per gli anni successivi come sotto riportato nei budget che verranno assegnati:
anno 2023 - € 15.030,00
anno 2024 - € 15.030,00
anno 2025 - € 6.889,00
3. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente";
4. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto;
5. Di dare atto che il Foro competente per eventuali controversie inerenti o derivanti dal presente provvedimento o dalla sua esecuzione è quello di Ivrea;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale del 24.1.1995 n. 10.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

**ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E
SERVIZI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PELLEGRINETTI UGO**

N. 479 DEL 14/06/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI STRUMENTALI
PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE
(VES) OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'ASLTO4 - PERIODO
15/06/2022 - 14/06/2025 - RDO 2977060 - CIG.9139024130- IMPORTO 45.091,20 CONTO
ECONOMICO 3.10.01.07 - ANNI 2022/2023/2024/2025 - CDC DIVERSI**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 15/06/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*PERUCCA ENRICA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE
LOGISTICA BENI E SERVIZI*

*PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E
SERVIZI*

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI
STRUMENTALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI
ERITROSEDIMENTAZIONE (VES) PER IL LABORATORIO ANALISI DELL'ASLTO4**

Verbale

L'anno duemilaventi, nel giorno 30 maggio, alle ore 10,00 presso lo studio del dott. Alfano situato nella S.C.Laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di Ciriè si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 470 del 20/05/2022 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura di Sistemi Analitici Strumentali per la determinazione della "velocità di eritrosedimentazione (VES) per il Laboratorio Analisi dell'ASLTO4.

La Commissione risulta così composta:

- Presidente – Dott. Antonio Alfano - Direttore - S.C. Laboratorio Analisi ASLTO4;
- Commissario – Dott. Salvatore Lorelli – Dirigente S.C.Laboratorio Analisi di Chivasso;
- Commissario – C.T.Dario Fornasieri S.C.Laboratorio Analisi di Ciriè'

La suddetta Commissione prende atto di quanto segue:

- risulta pervenuta solamente l'offerta della ditta DIESSE Diagnostica Senese Spa
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato, per l'intero lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:
 - offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 30 punti;
 - offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 70 punti,

I punti disponibili per il parametro "caratteristiche tecnico-qualitative" saranno attribuiti, tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati:

Pos.	CARATTERISTICHE IN VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Capacità dello strumento principale offerto (numero delle provette che possono essere caricate in un'unica soluzione).	5
2	Caricamento in continuo e senza manomissioni dei rack dei contaglobuli d'uso.	15
3	Cadenza analitica dello strumento principale	5

4	Esecuzione del test senza consumo del campione	15
5	Esecuzione del test su provetta chiusa, senza apertura della stessa e perforazione del tappo	5
6	Con assenza di reflui da smaltire (con costi aggiuntivi)	5
7	Sicurezza assoluta per gli operatori (assenza di manutenzioni, sostituzione di aghi, avvinamenti, lavaggi ecc.)	5
8	Massimo rispetto per l'ambiente (non utilizzo di tamponi no produzione di reflui di ogni tipo).	5
9	Assenza di manutenzione giornaliera da parte dell'operatore	5
10	Possibilità di iscrizione a qualunque VEQ del commercio che valuti l'esame eseguito mettendo a confronto strumentazioni differenti	3
11	Nessuna necessità di calibrazioni e/o riparazioni per gli strumenti offerti	2
	TOTALE	70

Viene stabilita una soglia minima di qualità, calcolata prima della riparazione, pari a 36 punti su 70, pertanto, le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di 36 non potranno essere ammesse alle successive fasi di gara.

Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

Giudizio	Coefficiente di valutazione
inadeguato	0,00
parzialmente inadeguato	0,30
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,85
ottimo	1,00




Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicatrice conduce a termine la verifica delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo, esprimendo un parere favorevole sul Sistema V.E.S. offerto dalla ditta DIESSE Diagnostica Senese Spa e attribuendo il massimo del punteggio qualitativo, ovvero 70/100.

Ciriè , 30 maggio 2022

La riunione viene sciolta alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente – Dott. Antonio Alfano 
Commissario– Dott.Salvatore Lorelli 
Commissario –C.T. Dario Fornasieri 