



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 751 DEL 24/06/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA IN MODALITA` SERVICE DI UN SISTEMA
PER ISTEROSCOPIA OPERATIVA AMBULATORIALE DA DESTINARE ALLA S.C.
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI CIRIE` PERIODO 36 MESI. C.I.G.
Z5226D5FC8. C.E. 3.10.01.64 - 3.10.05.04/2019-2020-2021-2022.**

Proponente: ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 797 del 19/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA IN MODALITA` SERVICE DI UN SISTEMA PER ISTEROSCOPIA OPERATIVA AMBULATORIALE DA DESTINARE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI CIRIE` . PERIODO 36 MESI. C.I.G. Z5226D5FC8. C.E. 3.10.01.64 - 3.10.05.04/2019-2020-2021-2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

Preso atto che con nota prot. n. 84099 del 27/09/18, conservata agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, il Referente dell’Ufficio Ingegneria Clinica dell’ASL TO4 ha richiesto l’attivazione di una procedura di gara volta all’acquisizione in modalità service di un sistema per isteroscopia operativa ambulatoriale da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ciriè.

Dato atto che la fornitura in oggetto riguarda una categoria di prodotti non ricompresa nell’elenco di cui al DPCM del 24/12/2015 per il cui approvvigionamento è previsto che ci si avvalga in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A.;

Preso atto che in riferimento alla fornitura in oggetto non è attualmente attiva alcuna convenzione della centrale regionale di committenza di riferimento e per quanto disposto dall’art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004, non sono attualmente attive convenzioni Consip aventi ad oggetto appalti comparabili;

Evidenziato che sussistono i presupposti per procedere alla fornitura mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50, in favore della ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’esame comparato dei parametri qualità/prezzo dei prodotti offerti;

Preso atto che, l’art.7 comma 2 della legge 6.7.2012 n.94 ad oggetto ”Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2012 n.52” prevede che “Le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Rilevato che in data 22/10/18 è stato pubblicato sul sito internet dell’ASL TO4 l’avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla RDO per la fornitura in oggetto;

Preso atto che, con RDO n. 2207162 del 30/01/2019 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto, secondo le modalità previste nella lettera di invito prot. n. 6584 del 23/01/19, le seguenti ditte:

- Conmed Italia S.r.l.;
- DBI S.r.l.;
- Endotecnica S.r.l.;
- Johnson & Johnson Medical S.p.A.;
- Multimed S.r.l.;
- Pirinoli Enrico & C. S.r.l.;
- Polimed S.r.l.;
- Tegea S.r.l.;

Preso atto che, entro il termine prefissato e con le modalità richieste è pervenuta solamente l'offerta della ditta Endotecnica S.r.l.;

Preso atto che la disamina della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta offerente è risultata regolare e pertanto l'offerta tecnica presentata è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice, nominata con nota del Direttore Generale prot. n. 29549 del 28/03/19, per la valutazione qualitativa;

Preso atto che con nota prot. n. 54020 del 12/06/19 la Commissione Giudicatrice ha fatto pervenire il verbale di valutazione tecnica (All. A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'offerta è stata considerata idonea e pertanto ammessa alle successive fasi di gara;

Preso atto che si è proceduto all'apertura dell'offerta economica della ditta Endotecnica S.r.l., conservata agli atti della Struttura proponente, le cui condizioni economiche sono le seguenti:

- canone di noleggio (elettrobisturi + pompa isostatica + carrello) ad € 700,00 oltre Iva mensili;
- costo materiale di consumo necessario per l'esecuzione di n. 1 procedura € 159,00 oltre Iva;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Endotecnica S.r.l. di Torino, per un periodo di 36 mesi, la fornitura in modalità service di un sistema per isteroscopia operativa ambulatoriale da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ciriè per un importo complessivo presunto di spesa di € 37.125,00 Iva esclusa;

Considerato che la spesa complessiva presunta risulta praticamente invariata rispetto a quella dell'attuale fornitura in fase di scadenza;

Preso atto tuttavia che, considerata la rilevanza della spesa sopra indicata, si ritiene opportuno prevedere un abbattimento del 10% del volume complessivo di spesa del materiale di consumo, stabilendo un importo totale pari a € 35.932,50 oltre IVA;

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Richiamati l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente.

Preso atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte.
2. Di affidare la fornitura in modalità service di un sistema per isteroscopia operativa ambulatoriale da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ciriè per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022 alla ditta Endotecnica S.r.l. - P.I. 00925800096 - Via Valeggio 15 - 10128 Torino per un importo complessivo di spesa di € 35.932,50 + IVA 22% € 7.905,16 per un totale di € 43.837,66 alle condizioni di seguito indicate:
 - canone di noleggio (elettrobisturi + pompa isostatica + carrello) ad € 700,00 oltre Iva mensili;
 - costo materiale di consumo necessario per l'esecuzione di n. 1 procedura € 159,00 oltre Iva;
3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta relativa al presente provvedimento di € 43.837,66 Iva compresa trova sufficiente copertura finanziaria nei competenti conti di bilancio, come di seguito specificato:

bilancio 2019 – dal 01/07 al 31/12

 - conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici- € 2.182,28
 - conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - € 5.124,00

bilancio 2020 – dal 01/01 al 31/12

 - conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici- € 4.364,55
 - conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - € 10.248,00

bilancio 2021 – dal 01/01 al 31/12

 - conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici- € 4.364,55
 - conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - € 10.248,00

bilancio 2022 – dal 01/01 al 30/06

 - conto 3.10.01.64 – Dispositivi medici- € 2.182,28
 - conto 3.10.05.04 – Canoni per beni strumentali sanitari - € 5.124,00
4. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".
5. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto.
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge regionale n. 10 del 24.1.1995.
7. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante l'urgenza di procedere con la fornitura in oggetto.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 751 DEL 24/06/2019

**AFFIDAMENTO FORNITURA IN MODALITA` SERVICE DI UN SISTEMA PER
ISTEROSCOPIA OPERATIVA AMBULATORIALE DA DESTINARE ALLA S.C.
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI CIRIE` . PERIODO 36 MESI. C.I.G.
Z5226D5FC8. C.E. 3.10.01.64 - 3.10.05.04/2019-2020-2021-2022.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 29/06/2019

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 29/06/2019

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 24/06/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASLTO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

*FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO*

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

CIOFFI EMILIA - il responsabile della pubblicazione

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
UN SISTEMA PER ISTEROSCOPIA OPERATIVA AMBULATORIALE DA
DESTINARE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI CIRIÈ.**

Verbale

L'anno duemiladiciannove, nel giorno 17 aprile, alle ore 14,00, presso la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. di Ciriè, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con nota Prot. 29549 del 28/03/2019 preposta alla valutazione della documentazione tecnica fornita dalle ditte concorrenti per la gara d'appalto per la fornitura in service di un sistema per isteroscopia operativa ambulatoriale da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ciriè.

La Commissione risulta così composta:

Presidente – Dr. Mario Gallo – Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Ciriè

Commissario – Dr. Antonio Alfeo – Dirigente Medico S.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. Ciriè

Commissario – P.I. Pierangelo Masoero – Responsabile Servizio Ingegneria Clinica

La suddetta Commissione prende atto di quanto segue:

- risulta pervenuta solamente l'offerta della ditta Endotecnica S.r.l.;
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. in favore della ditta che avrà praticato, per l'intero lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:
 - offerta economica (prezzo offerto): punteggio massimo da attribuire 30 punti;
 - offerta tecnica (caratteristiche tecnico-qualitative): punteggio massimo da attribuire 70 punti,

I punti disponibili per il parametro "caratteristiche tecnico-qualitative" saranno attribuiti, tenendo conto dei sub-elementi di valutazione di seguito dettagliati:

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI TOTALI MAX 70
Caratteristiche tecniche del generatore	20 punti
Caratteristiche tecniche degli elettrodi	20 punti
Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica	5 punti
Esito della prova	25 punti

Viene stabilita una soglia minima di qualità, calcolata prima della riparametrazione, pari a 36 punti su 70, pertanto, le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di 36 non potranno essere ammesse alle successive fasi di gara.

Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

Giudizio	Coefficiente di valutazione
inadeguato	0,00
parzialmente inadeguato	0,30
sufficiente	0,60
discreto	0,70
buono	0,85
ottimo	1,00

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicatrice procede all'esame delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo. Dopo un'attenta analisi della documentazione tecnica presentata dalla ditta offerente, la Commissione Giudicatrice ritiene opportuno effettuare delle sessioni di prova di almeno una settimana al fine di verificare qualitativamente le prestazioni rese dall'apparecchiatura offerta. La seduta viene sospesa alle ore 15,00 e rinviata a una data da definirsi dopo l'avvenuta effettuazione delle sessioni di prova dell'apparecchiatura.

In data 05/06/19 alle ore 14,30 presso la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. di Ciriè la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione qualitativa, regolarmente costituita, riprende i lavori di valutazione dopo aver effettuato le sessioni di prova e procede successivamente all'attribuzione dei punteggi messi a disposizione per le caratteristiche tecnico-qualitative sulla base dei criteri stabiliti come risulta dalla tabella comparativa allegata.


La riunione viene sciolta alle ore 16,00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dr. Mario Gallo

Dr. Antonio Alfeo

P.I. Pierangelo Masoero




Fornitore	ENDOTECNICA S.r.l.
Modello e configurazione	Elettrobisturi BIPOGYN + pompa isostatica MEN01
<u>Caratteristiche tecniche del generatore</u> (max 20 punti)	Buone caratteristiche dal punto di vista tecnico, particolarmente indicato per le applicazioni richieste. Potenza 120 W. Selezione delle funzioni tramite manopole. Valori della potenza impostata confermate sul display. Anno di immissione in commercio 2008. Giudizio: discreto. 14 punti
<u>Caratteristiche tecniche degli elettrodi</u> (max 20 punti)	Elettrodi conformi all'uso ambulatoriale, buona praticità d'uso. Giudizio: buono. 17 punti
<u>Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica</u> (max 5 punti)	Assistenza tecnica con sede in Torino. Disponibilità a prestare strumenti sostitutivi. Giudizio: ottimo 5 punti
<u>Esito della prova</u> (max 25 punti)	Dalle prove effettuate la dotazione proposta soddisfa le esigenze ambulatoriali per praticità, maneggevolezza ed ergonomia. Giudizio: buono. 21,25 punti
Totale punteggio tecnico (max 70 punti)	57,25 PUNTI
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70 PUNTI